

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas 16	Respuestas
Dentro del anexo técnico "A" Partida "Dos" Inciso "A" COAGULACIÓN solicitan en el punto 22 "El licitante debe incluir un programa de comparación inter-laboratorios con controles de tercera opinión que el Laboratorio Central elija". ¿serían tan amables de indicar quien será el proveedor de este servicio?, esto para solicitar las cotizaciones necesarias para poder impactar los costos en el precio final de la prueba ofertada al instituto.	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH _____ Nombre del representante legal	REPRESENTANTE LEGAL _____ Cargo en la empresa	 _____ Firma
---	--	---

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas 17	Respuestas
Dentro del anexo técnico "A" Partida "Dos" Inciso "A" COAGULACIÓN solicitan en el punto 24 "El licitante debe proporcionar un programa de control de calidad externo internacional que el Laboratorio Central elija, siguiendo la logística establecida por el licitante de los ensayos de aptitud, a partir del momento de la adjudicación", ¿serían tan amables de indicar quien será el proveedor de este servicio?, esto para solicitar las cotizaciones necesarias para poder impactar los costos en el precio final de la prueba ofertada al instituto	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH

 Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

 Cargo en la empresa



 Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas 18	Respuestas
Dentro del anexo técnico "A" Partida "Dos" Inciso "A" Gasometrías. Punto 27. El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador. Tomando en cuenta que nuestro equipo cuenta con la validación solicitada incluida dentro del manual de operación. ¿Podemos entregar copia del manual en hoja membretada ya que la información requerida se encuentra dentro del mismo? ¿Se acepta?	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH <hr/> Nombre del representante legal
--

REPRESENTANTE LEGAL <hr/> Cargo en la empresa

 <hr/> Firma
--

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas 19	Respuestas
Dentro del anexo técnico "A" Partida "Dos" Inciso "A" especificaciones de servicio para pruebas de COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. Solicitan Equipo nuevo. Solicitamos a la amble convocante nos permita instalar equipos con tecnología de punta, en óptimas condiciones de operación, garantizando la calidad de los resultados y del servicio durante la vigencia del contrato, no mayor a tres años ¿Se acepta?	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH _____ Nombre del representante legal	REPRESENTANTE LEGAL _____ Cargo en la empresa	 _____ Firma
---	--	---

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas

b).- De carácter técnico

Preguntas 20	Respuestas
Gasometrías 6.- Los gasómetros deben permitir introducir los datos de temperatura, FIO ₂ y que sean calculados los parámetros tCO ₂ , HCO ³⁻ , BE, pH(T), pCO ₂ (T), pO ₂ (T), p50, miliosmolaridad, anión GAP, Ca ²⁺ (1). ¿Podemos considerar la miliosmolaridad como un parámetro opcional tomando en cuenta que no es un parámetro crítico?, ¿Se acepta?	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH
Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL
Cargo en la empresa


Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas 21	Respuestas
<p>SECCIÓN IV – REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.SOLICITAN: Podrán participar personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y los Servicios a prestar sean prestados en el país y cuenten, por lo menos, con un 65% (sesenta y cinco por ciento) de contenido nacional. Y SECCIÓN VI – DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES SOLICITAN: PUNTO 6.3.- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, (obligatorio), que es de nacionalidad mexicana, además manifestará que los servicios que oferta serán prestados en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, así como también manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.</p> <p>PREGUNTA: Toda vez que se trata de una licitación de servicio y no de adquisición de bienes, y considerando lo estipulado en el Artículo 28 Fracción I Tercer Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la que se indica que "Tratándose de la Contratación de Arrendamientos y Servicios, únicamente podrán participar Personas de Nacionalidad Mexicana" y el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que indica, "en la Convocatoria a la Licitación Pública... de Carácter Nacional, deberá establecerse como requisito de participación la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana", en base a lo anterior, entendemos que podrán participar personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, los Servicios a prestar sean prestados en el país, con equipos nacionales o de importación, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas 21	Respuestas

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas


Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH

 Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

 Cargo en la empresa



 Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas 22	Respuestas
<p>SECCIÓN VI – DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES SOLICITAN: 6.21.- Análisis de desechos CRETI (obligatorio) El licitante debe presentar el informe del análisis CRETI de los desechos generados de los analizadores ofertados, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje).</p> <p>PREGUNTA: En el caso de que los residuos de los equipos de laboratorio, que con el hecho de estar en contacto con sustancias provenientes del cuerpo humano (sangre, suero, plasma) lo convierten en biológico infeccioso, desde el origen del mismo está determinada su peligrosidad, basados en las NORMAS NOM-052-SEMARNAT-2005 (que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos) y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. (protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo), ésta norma indica que por su naturaleza, el generador de estos residuos (es decir la clínica, hospital, enfermería, etc.) es el responsable de la disposición de los mismos de acuerdo a las normas antes mencionadas. Por lo que, entendemos que para cumplir con dicho punto bastará con presentar ya sea el análisis CRETI y/o las Hojas de Seguridad de los reactivos que les permitirán conocer las características físicas, químicas, además de su composición y disposición, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas


Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH

 Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

 Cargo en la empresa



 Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas 23	Respuestas
<p>SECCIÓN VI – DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES</p> <p>SOLICITAN: 6.20.- Certificados de Calidad y Hojas de Seguridad (obligatorio) El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, para las pruebas enlistadas en el inciso "C" de cada partida del Anexo Técnico "A".</p> <p>PREGUNTA: Solicitamos la convocante que para cumplir con dicho punto, nos permitan presentar los Certificados de Calidad, Hojas de Seguridad e insertos de los reactivos, controles y calibradores, pudiendo eximir la información de los consumibles por tratarse de productos de bajo riesgo y que no todos los consumibles son reactivos, ¿SE ACEPTA?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas


Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH

 Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

 Cargo en la empresa



 Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración.
 Subdirección de Recursos Materiales.
 Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas 24	Respuestas
SECCIÓN VI – DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES SOLICITAN: 6.20.- Certificados de Calidad y Hojas de Seguridad (obligatorio) El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, para las pruebas enlistadas en el inciso "C" de cada partida del Anexo Técnico "A". PREGUNTA: Entendemos que por Certificados de Calidad se refiere al Certificado de análisis de los reactivos pudiendo presentar un ejemplo de cualquier lote, ¿Es correcta nuestra apreciación?	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH

 Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

 Cargo en la empresa



 Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.



ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales.
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas 25	Respuestas
Solicitamos a la amable convocante, nos confirme quien asumirá el costo del sistema Informático Modulab, el ganador de la partida 1 o el ganador de la partida 2 FAVOR DE ACLARAR	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas


c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas

Atentamente

XÓCHITL CARRILLO BUSH
Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL
Cargo en la empresa


Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.



[Handwritten signature and mark]

**ANEXO I
FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-012NCA001-E28-2021
"SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA,
COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO
CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021"**

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ENERO DE 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:

PARTICIPANTE: TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.	REFERENCIA: NUMERAL 2.2 Y 2.8 EL PROCEDIMIENTO CONVOCA DOS PARTIDAS, SOLICITANDO LA OFERTA DEL 1005 DE CADA UNA DE ELLAS. SOLICITAMOS PRECISAR SI LA ASIGNACIÓN SERÁ POR PARTIDA A DIFERENTES LICITANTES, O A UN MISMO LICITANTE POR LAS DOS PARTIDAS CONVOCADAS.	
2.	REFERENCIA: NUMERAL 2.9 MODELO DE CONTRATO ES CORRECTO ENTENDER QUE TODA VEZ QUE EL CONTRATO INCLUIDO EN LA CONVOCATORIA SE CONSTITUYE SOLO COMO UN "MODELO". ¿EN CASO DE DISCREPANCIAS PREVALECE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS, Y EN SU CASO MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES?	

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
3.	REFERENCIA: SECCIÓN VI. NUMERAL 6.4 LA CONVOCANTE SOLICITA COPIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NOM-007-SSA3-2011, NOM-052-SEMARNAT-2005, NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189-2012, QUE NO CORRESPONDEN AL LICITANTE SINO AL LABORATORIO QUE DEBE ACREDITAR SU CUMPLIMIENTO, CON LO QUE SE ACTUALIZA LO PREVISTO POR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP AL CONSTITUIRSE EN UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS ELIMINAR ESTA SOLICITUD, O EN SU CASO, ACEPTAR CARTA FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE EN LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE SU APOYO A FACILITAR EN LO QUE A ESTE RESPECTA EL CUMPLIMIENTO DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA DE TALES NORMAS Y DEBIENDO	

Tecnología, Equipamiento y Servicios S.A. de C.V.

	INCLUIR COMO PARTE DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE COPIA DE LA ACREDITACIÓN NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 COMO PRESTADO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS ¿SE ACEPTA? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.	
4.	<p>REFERENCIA: SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.19.</p> <p>SE SOLICITA "CARTA DE TRAZABILIDAD ", LO QUE IMPLICA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA YA CON LOS INSUMOS QUE PRETENDE ENTREGAR, LO QUE ESTABLECE CONDICIONES VENTAJOSAS AL DETERMINADO PARTICIPANTE ADEMÁS DE UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR AL RESTO DE LOS LICITANTES, INFRINGIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.</p> <p>POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PERMITIENDO CONDICIONES EQUIVALENTES A TODOS LOS POSIBLES LICITANTES.</p> <p>DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDANDO Y MOTIVANDO LA MISMA.</p>	
5.	<p>REFERENCIA: SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.20.</p> <p>SE SOLICITA "CERTIFICADOS DE CALIDAD ", LO QUE IMPLICA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA YA CON LOS INSUMOS QUE PRETENDE ENTREGAR, LO QUE ESTABLECE CONDICIONES VENTAJOSAS AL DETERMINADO PARTICIPANTE ADEMÁS DE UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR AL RESTO DE LOS LICITANTES, INFRINGIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.</p> <p>POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDANDO Y MOTIVANDO LA MISMA.</p>	
6.	REFERENCIA: SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE	

	<p>PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.22.</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR DOCUMENTACIÓN (FOLLETOS, MANUALES, CATÁLOGOS, INSERTOS, APARTADOS TÉCNICOS, FICHAS TÉCNICAS, ETC) EN LAS QUE PUEDAN SER APRECIADAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS NUMERALES MENCIONADOS Y QUE PARA EL RESTO DE LOS NUMERALES DE LOS INCISOS "A" DEL ANEXO TÉCNICO "A" NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS?</p>	
7.	<p>REFERENCIA: SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.20.</p> <p>EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR Y DEBIDO A QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS NO PUEDEN SER HALLADAS EN LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS, LO QUE CONFIGURA EL REQUISITO EN IMPOSIBLE DE CUMPLIR CON LO QUE SE INFRINGE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DONDE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.</p>	
8.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 7.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR METODOLOGÍAS CUYO TIEMPO DE REACCIÓN SEA EL EMITIDO POR EL FABRICANTE PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS, PUES LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA PARA INMUNOLOGÍA Y MARCADORES CARDIACOS CORRESPONDE EN ESPECIAL A UNA MARCA Y CASA COMERCIAL CON LO QUE SE INFRINGE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY AL ESTABLECER REQUISITOS QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, BENEFICIANDO A UN LICITANTE EN ESPECIAL CONTRAVINIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL.</p> <p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN IV DE LA LAASSP, Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDANDO Y MOTIVANDO LA MISMA.</p>	
9.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 13.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CORRECCIÓN Y LECTURA EN DOBLE LONGITUD DE ONDA LO QUE ELIMINA LAS INTERFERENCIAS MENCIONADAS SIN NECESIDAD DE REALIZAR DETERMINACIONES ESPECIFICAS PARA LAS MISMAS, LO QUE DE NINGUNA MANERA ALTERA LA CALIDAD DEL RESULTADO NI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU</p>	

	RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.	
10.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 16.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD DE LOS PARÁMETROS DE VELOCIDAD DEL EQUIPO PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, CON LO QUE SE INFRINGE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY AL ESTABLECER REQUISITOS QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON VELOCIDAD DE 800 PRUEBAS POR HORA PARA QUÍMICA CLÍNICA, 400 PRUEBAS POR HORA PARA ELECTROLITOS Y 200 PRUEBAS POR HORA PARA INMUNOLOGÍA.</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
11.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 17.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD DE 200 CELDAS DE REACCIÓN PARA QUÍMICA CLÍNICA Y PARA INMUNOLOGÍA 90 POSICIONES DE REACCIÓN PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA SOLA CASA COMERCIAL CON LO QUE SE INFRINGE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY AL ESTABLECER REQUISITOS QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 165 CELDAS DE REACCIÓN PARA QUÍMICA CLÍNICA Y 112 POSICIONES DE REACCIÓN PARA INMUNOLOGÍA.</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
12.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 18.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD DE 48 POSICIONES DE REACTIVO PARA INMUNOLOGÍA PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, CON LO QUE SE INFRINGE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DE LA LEY AL ESTABLECER REQUISITOS QUE LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. SIENDO QUE SOLO SE ESTÁN SOLICITANDO 18 PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA, EL RESTO DE LAS POSICIONES NO SON NECESARIAS, Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 25 POSICIONES DE REACTIVO PARA INMUNOLOGÍA.</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
13.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p>	

	<p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 19.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARGA DE REACTIVOS MEDIANTE UNA SECUENCIA SENCILLA DE COMANDOS EN EL EQUIPO Y QUE SEA CAPAZ DE IDENTIFICARLOS Y CENSAR EL NÚMERO DE PRUEBAS DISPONIBLES, CON LO QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES QUE PERMITEN UNA MAYOR COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE ESTA SOLICITUD NO ALTERA LA CALIDAD DEL RESULTADO NI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.</p>	
14.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 20. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS CUYA ESTABILIDAD A BORDO SEA DE 30 DÍAS, CON LO QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES QUE PERMITEN UNA MAYOR COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE ESTA SOLICITUD NO ALTERA LA CALIDAD DEL RESULTADO NI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.</p>	
15.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 19. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS PARA QUÍMICA CLÍNICA UN 95% LISTOS PARA SU USO, CON LO QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES QUE PERMITEN UNA MAYOR COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE ESTA SOLICITUD NO ALTERA LA CALIDAD DEL RESULTADO NI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.</p>	
16.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 21. EN CONSIDERACIÓN QUE LA CONVOCANTE CONTRATARÁ PRUEBAS Y NO BIENES, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON VOLÚMENES DE PIPETEO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PARA CADA TIPO DE PRUEBAS, MENORES A 35 MICROLITROS PARA QUÍMICA CLÍNICA Y A 200 MICROLITROS PARA INMUNOLOGÍA, TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR UNA CASA COMERCIAL, LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA PREVISTA EN LA LEY.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
17.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 38. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, LOS CONTROLES DE TERCERA</p>	

	<p>OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
18.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 38. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES NOS ENCONTRAMOS EN IMPOSIBILIDAD DE GARANTIZAR EL MISMO LOTE Y CADUCIDAD AL DESCONOCER QUE CLASE DE CONTROLES SOLICITARÁ EL LABORATORIO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
19.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 39. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
20.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 41. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO</p>	

	EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.	
21.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 43. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, CUAL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
22.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>HEMATOLOGÍA. NUMERAL 8. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON METODOLOGÍAS DE DETECCIÓN DISTINTAS A "SLS" LIBRE DE CIANURO PUES DICHA METODOLOGÍA ES EXCLUSIVA DE UNA SOLA CASA COMERCIAL LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA PREVISTA EN LA LEY.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
23.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>HEMATOLOGÍA. NUMERAL 6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON VELOCIDAD DE HASTA 84 PRUEBAS POR HORA, CON LO QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES QUE PERMITEN UNA MAYOR COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE ESTA SOLICITUD NO ALTERA LA CALIDAD DEL RESULTADO NI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.</p>	
24.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>HEMATOLOGÍA. NUMERAL 9. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE DETECTEN E INFORMEN LA PRESENCIA DE GRANULOCITOS INMADUROS EN LA MUESTRA SI SU RECUENTO SUPERA EL 3% DE LA CUENTA LEUCOCITARIA, CON LO QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES QUE PERMITEN UNA MAYOR COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE ESTA SOLICITUD NO ALTERA LA CALIDAD DEL RESULTADO NI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.</p>	

25.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>HEMATOLOGÍA. NUMERAL 10. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUISITO YA QUE DICHA ESPECIFICACIÓN ES EXCLUSIVA DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA PREVISTA EN LA LEY.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
26.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>HEMATOLOGÍA. NUMERAL 13. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CUYO VOLUMEN DE MUESTRA SEA MENOR A 250 MICROLITROS, FACTOR QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AUTORIZADOS POR COFEPRIS Y COMERCIALIZADOS EN MÉXICO, FAVORECIENDO ASÍ LA COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN ESTA LICITACIÓN, SOLICITUD QUE NO ALTERA LA CALIDAD DEL RESULTADO NI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
27.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.</p> <p>HEMATOLOGÍA. NUMERAL 34. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, CUAL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
28.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. NUMERAL 37</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN,</p>	

	CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.	
29.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. NUMERAL 40</p> <p>QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 39. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
30.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. NUMERAL 42. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
31.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 13.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LOS VOLÚMENES REQUERIDOS PARA LAS MICROPIPETAS NUEVAS.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
32.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 15.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA MICROCENTRÍFUGA SOLICITADA, TODA VEZ QUE</p>	

	<p>Afecta la propuesta económica de mi representada.</p> <p>Lo anterior en consideración que, de no hacerlo, solo el proveedor actual cuenta con información que le permite una correcta integración de su proposición, con lo que se actualiza el manejo de información privilegiada en favor de un oferente.</p>	
33.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 16.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS CENTRÍFUGAS SOLICITADAS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
34.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 21.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS TERMOHIGRÓMETROS DIGITALES SOLICITADOS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
35.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 22.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS QUE SE REQUERIRÁN DURANTE LA CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA Y OBLIGA A LOS LICITANTES A ASUMIR O ESTIMAR SIN DATOS CONTUNDENTES LAS CANTIDADES DE BIENES REQUERIDOS POR EL LABORATORIO CENTRAL.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
36.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 32.</p>	

	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS QUE SE REQUERIRÁN DURANTE LA CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA Y OBLIGA A LOS LICITANTES A ASUMIR O ESTIMAR SIN DATOS CONTUNDENTES LAS CANTIDADES DE BIENES REQUERIDOS POR EL LABORATORIO CENTRAL.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
37.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "C" RELACIÓN DE PRUEBAS. NUMERAL 49.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA DE TROPONINA DE ALTA SENSIBILIDAD QUE REALICE LA CUANTIFICACIÓN DEL ISÓMERO I DE LA TROPONINA, YA QUE HA MOSTRADO EN DISTINTOS ESTUDIOS TENER LA MISMA SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA QUE EL ISÓMERO T, A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE EXISTE SOLAMENTE UNA MARCA EN EL MERCADO QUE REALIZA LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA T, LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA PREVISTA EN LA LEY.</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA..</p>	
38.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 14.</p> <p>SE SOLICITA "CARTA DE TRAZABILIDAD ", LO QUE IMPLICA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA YA CON LOS INSUMOS QUE PRETENDE ENTREGAR, LO QUE ESTABLECE CONDICIONES VENTAJOSAS AL DETERMINADO PARTICIPANTE ADEMÁS DE UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR AL RESTO DE LOS LICITANTES, INFRINGIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDADA Y MOTIVADA SOBRE LAS RAZONES DE SU NEGATIVA TODA VEZ QUE ESTAS BENEFICIAN EN PARTICULAR A UN OFERENTE.</p>	
39.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 15.</p>	

	<p>SE SOLICITA "CERTIFICADOS DE CALIDAD ", LO QUE IMPLICA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA YA CON LOS INSUMOS QUE PRETENDE ENTREGAR, LO QUE ESTABLECE CONDICIONES VENTAJOSAS AL DETERMINADO PARTICIPANTE ADEMÁS DE UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR AL RESTO DE LOS LICITANTES, INFRINGIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	
	<p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDADA Y MOTIVADA SOBRE LAS RAZONES DE SU NEGATIVA TODA VEZ QUE ESTAS BENEFICIAN EN PARTICULAR A UN OFERENTE.</p>	
<p>40.</p>	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>AUTOINMUNIDAD NUMERAL 36.</p> <p>SE SOLICITA "CARTA DE TRAZABILIDAD ", LO QUE IMPLICA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA YA CON LOS INSUMOS QUE PRETENDE ENTREGAR, LO QUE ESTABLECE CONDICIONES VENTAJOSAS AL DETERMINADO PARTICIPANTE ADEMÁS DE UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR AL RESTO DE LOS LICITANTES, INFRINGIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDADA Y MOTIVADA SOBRE LAS RAZONES DE SU NEGATIVA TODA VEZ QUE ESTAS BENEFICIAN EN PARTICULAR A UN OFERENTE.</p>	
<p>41.</p>	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>AUTOINMUNIDAD NUMERAL 43. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES</p>	

	<p>CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR SU RESPUESTA EMITIENDO RESPUESTA CLARA Y PRECISA.</p>	
42.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>COAGULACIÓN NUMERAL 19.</p> <p>SE SOLICITA "CARTA DE TRAZABILIDAD ", LO QUE IMPLICA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA YA CON LOS INSUMOS QUE PRETENDE ENTREGAR, LO QUE ESTABLECE CONDICIONES VENTAJOSAS AL DETERMINADO PARTICIPANTE ADEMÁS DE UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR AL RESTO DE LOS LICITANTES, INFRINGIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p> <p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDADA Y MOTIVADA SOBRE LAS RAZONES DE SU NEGATIVA TODA VEZ QUE ESTAS BENEFICIAN EN PARTICULAR A UN OFERENTE.</p>	
43.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>COAGULACIÓN NUMERAL 21. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
44.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>COAGULACIÓN NUMERAL 22. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES</p>	

	<p>CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
45.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>COAGULACIÓN NUMERAL 24. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
46.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>GASOMETRÍAS NUMERAL 27.</p> <p>SE SOLICITA "CARTA DE TRAZABILIDAD ", LO QUE IMPLICA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA YA CON LOS INSUMOS QUE PRETENDE ENTREGAR, LO QUE ESTABLECE CONDICIONES VENTAJOSAS AL DETERMINADO PARTICIPANTE ADEMÁS DE UN REQUISITO IMPOSIBLE DE CUMPLIR AL RESTO DE LOS LICITANTES, INFRINGIENDO ASÍ LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>EN CASO CONTRARIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EMITIR RESPUESTA CLARA Y PRECISA, FUNDADA Y MOTIVADA SOBRE LAS RAZONES DE SU NEGATIVA TODA VEZ QUE ESTAS BENEFICIAN EN PARTICULAR A UN OFERENTE.</p>	
47.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>GASOMETRÍAS NUMERAL 30. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE</p>	

	<p>SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
48.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>GASOMETRÍAS NUMERAL 34. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP CUAL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
49.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>GASOMETRÍAS NOTA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO; CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS NUMERALES. A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE NO HAY BIENES DEFINIDOS CON PRECISIÓN, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE OTORGAR INFORMACIÓN TÉCNICA QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS QUE HASTA EL MOMENTO SON DESCONOCIDAS Y QUE SERÁN SOLO ENTREGADAS AL LICITANTE ADJUDICADO.</p>	
50.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 13</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LOS VOLÚMENES REQUERIDOS PARA LAS MICROPIPETAS NUEVAS.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
51.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR</p>	

	<p>ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 15 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS CENTRÍFUGAS SOLICITADAS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
52.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 18</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL TERMÓMETRO INFRA-ROJO, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
53.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 20</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS TERMOHIGRÓMETROS DIGITALES SOLICITADOS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA.</p> <p>LO ANTERIOR EN CONSIDERACIÓN QUE, DE NO HACERLO, SOLO EL PROVEEDOR ACTUAL CUENTA CON INFORMACIÓN QUE LE PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, CON LO QUE SE ACTUALIZA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN FAVOR DE UN OFERENTE.</p>	
54.	<p>REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NOTA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO; CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS NUMERALES. A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE NO HAY BIENES DEFINIDOS CON PRECISIÓN, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE OTORGAR INFORMACIÓN TÉCNICA QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS QUE HASTA EL MOMENTO SON DESCONOCIDAS Y QUE SERÁN SOLO ENTREGADAS AL LICITANTE ADJUDICADO, CON LO QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES NO EQUIVALENTES PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE EVENTO, CONTRAVINIENDO LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY.</p>	

C). - DE CARÁCTER LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
55.	<p>REFERENCIA: GLOSARIO. / ÁREA TÉCNICA</p> <p>EN CONCORDANCIA CON LA DEFINICIÓN DEL GLOSARIO PARA EL CONCEPTO "ÁREA TÉCNICA", Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA "LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS", LA "LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" Y LA "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO" Y SU REGLAMENTO; ENTENDEMOS QUE ES OBLIGACIÓN DE EL "ÁREA TÉCNICA" RESPONDER LAS PREGUNTAS OTORGANDO EN TODO MOMENTO RESPUESTA FUNDADA Y MOTIVADA, PERSIGUIENDO EN TODO MOMENTO LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y EVITANDO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS POSIBLES OFERENTES; SALVO PENA DE CONDUCIRSE EN SENTIDO CONTRARIO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS ANTES MENCIONADOS Y POR LO TANTO RESULTAR EN RESPONSABILIDADES MOTIVO DE SANCIONES?</p>	

ATENTAMENTE

MIRIAM NERI BOLAÑOS

 NOMBRE DEL
 REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

 CARGO EN LA EMPRESA

Miriam Neri

 FIRMA



San Marcos 130
Tlalpan Centro, Tlalpan
México, 14000, CDMX
(55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez

Dirección de Administración

Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: “Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

Ciudad de México, a 26 de enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales.
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Pregunta 1	Respuestas
<p>Punto 3.2 Fecha y horas previstas para los diferentes actos del procedimiento licitatorio Dice: Puesta en marcha: 2 días hábiles siguientes a la emisión del fallo.</p> <p>Solicitamos a la convocante reconsidere que el tiempo para la puesta en marcha del servicio y este sea de 30 días, ya que se requieren equipos nuevos y considerando que por tiempos de Pandemia a nivel mundial esto hace que se retrasen los tiempos para la llegada de los equipos e insumos. ¿Esto se acepta?</p>	

a).- De carácter administrativo

Pregunta 2	Respuestas
<p>SECCION V CRITERIOS DE EVALUACION, DICTAMEN ETC Partida 1 Química Clínica, Inmunología y Hematología y Partida 2 Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías Rubro Capacidad del Licitante</p> <p>Para los Subrubros Experiencia, Competencia o Habilidades del Personal y Dominio del Equipamiento, solicitamos a la convocante nos permita presentar documentación del personal por parte del fabricante, esto para cubrir y obtener la ponderación indicada. ¿Esto se acepta?</p>	

Pregunta 3	Respuestas
<p>SECCION V CRITERIOS DE EVALUACION, DICTAMEN ETC Partida 1 Química Clínica, Inmunología y Hematología y Partida 2 Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías Rubro Capacidad de LOS RECURSOS ECONÓMICOS:</p> <p>De acuerdo a lo expresado en las bases, ¿será suficiente la presentación simple de las declaraciones de impuestos mencionadas sin importar que a través de dichos documentos no se pueda determinar la capacidad financiera de los licitantes?</p>	

Centro Logístico: Abasolo No.78, Pueblo Santa Úrsula Coapa, Coyoacán
México, CDMX, 04650, Tel. (55) 8000-1500
abalat@abalat.com.mx

0078



San Marcos 130
Tlalpan Centro, Tlalpan
México, 14000, CDMX
(55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021
"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología,
Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el
Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

a).- De carácter administrativo

Pregunta 4	Respuestas
<p>SECCION V CRITERIOS DE EVALUACION, DICTAMEN ETC Partida 1 Química Clínica, Inmunología y Hematología y Partida 2 Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías Rubro Experiencia y Especialidad del Licitante</p> <p>Solicitamos a la convocante que para los subrubros solicitados en este rubro se permitan integrar contratos de servicios semejantes de laboratorio clínico y así favorecer la libre participación ¿Esto se acepta?</p>	

a).- De carácter administrativo

Pregunta 5	Respuestas
<p>Sección VI DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.3 Anexo M Nacionalidad del Licitante.</p> <p>Solicitamos a la convocante que por favor modifique el Anexo M ya que solicitan que los bienes que se ofertan y se entreguen sean producidos en los Estados Unidos Mexicanos y que contengan un grado de contenido de por lo menos 65%, considerando que el objeto de contratación de este evento es un SERVICIO y NO LA ADQUISICION DE BIENES, no puede aplicar esta regla ya que no existen en el mercado bienes de origen nacional para brindar el servicio que se está solicitando. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	

a).- De carácter administrativo

Pregunta 6	Respuestas
<p>Sección VI DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.4 Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de normas.</p> <p>Solicitamos a la convocante eliminar el requisito relativo a la presentación de documentación que acrediten el cumplimiento de las normas NOM-007-SSA3-2011, y NMX-EC-15189-INMC-2015/ISO15189-2012 toda vez que dichas normas no son aplicables a las empresas proveedoras y que son únicamente aplicables a los laboratorios y en su lugar exigir el cumplimiento mediante certificado de la NMX-CC-13485-INMC-2017 que si es aplicable a las empresas proveedoras (fabricantes y distribuidores) de dispositivos médicos. ¿Esto se acepta?</p>	

a).- De carácter administrativo

Pregunta 7	Respuestas
<p>Sección VI DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.4 Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de normas.</p> <p>5ta Viñeta para los equipos analizadores y los reactivos</p>	

Centro Logístico: Abasolo No.78, Pueblo Santa Úrsula Coapa, Coyoacán
México, CDMX, 04650, Tel. (55) 8000-1500
abalat@abalat.com.mx

0079



San Marcos 130
Tlalpan Centro, Tlalpan
México, 14000, CDMX
(55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

**Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021
"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología,
Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el
Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"**

enlistados en el Anexo Técnico "A" para bienes de origen extranjero deberá presentar certificado de buenas prácticas de fabricación. Solicitamos a la convocante se acepte como certificado de buenas prácticas de fabricación el ISO 13485 del fabricante. ¿Esto se acepta?	
--	--

a).- De carácter administrativo

Pregunta 8	Respuestas
Sección VI DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.8 personal discapacitado, Numeral 6.9 MIPYMES y Numeral 6.10 Proposiciones Conjuntas. Solicitamos a la convocante para cada uno de estos numerales en caso de que no le aplique a mi representada nos permita presentar escrito indicando que NO NOS APLICA. ¿Esto se acepta?	

a).- De carácter administrativo

Pregunta 9	Respuestas
Sección VI DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.19 Carta de Trazabilidad Solicitamos a la convocante nos confirme si para dar cumplimiento a este punto se permite la integración de los insertos de los calibradores ya que en ellos se encuentran las especificaciones de los materiales de referencia. ¿Esto se acepta?	

a).- De carácter administrativo

Pregunta 10	Respuestas
Sección VI DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LOS LICITANTES Numeral 6.22 El licitante deberá integrar la evidencia escaneada en formato PDF, de manuales, catálogos insertos, fichas técnicas etc referenciados. Solicitamos a la convocante nos permita presentar hojas del manual que se haya utilizado para hacer la referencias de cada punto de las especificaciones técnicas de los equipos. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 1	Respuestas
Anexo Técnico Partida Uno y Dos Nos podría la convocante indicar si el Sistema MODULAB es propiedad de la convocante? En caso de ser negativa su respuesta nos puede indicar el nombre de la empresa que brinda el servicio de este sistema. Favor de aclarar	



San Marcos 130
Tlalpan Centro, Tlalpan
México, 14000, CDMX
(55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021
"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología,
Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el
Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

b).- De carácter técnico

Pregunta 2	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 7. Se solicita a la convocante permita ofertar equipo de inmunología con tiempo de reacción de 18 minutos. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 3	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 12. Se solicita amablemente a la convocante nos permitir ofertar analizadores con mantenimientos diarios de 21 minutos. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 4	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 16. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar analizador con rendimiento de 800 pruebas/h para Química clínica, 200 pruebas/h para Inmunóloga y 600 pruebas/h para electrolitos. Considerando que puede procesar el total de su carga de trabajo por día con los dos instrumentos. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 5	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 16. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar analizador con rendimiento de 800 pruebas/h para Química clínica, 200 pruebas/h para Inmunóloga y 600 pruebas/h para electrolitos. Considerando que puede procesar el total de su carga de trabajo por día con los dos instrumentos. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 6	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 17. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo analizador con 165 celdas de reacción para química clínica. Que puede procesar el total de su carga de trabajo por día con los dos instrumentos. ¿Esto se acepta?	



San Marcos 130
Tlalpan Centro, Tlalpan
México, 14000, CDMX
(55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021
"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología,
Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el
Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

b).- De carácter técnico

Pregunta 7	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 18. Se solicita a la convocante nos permita ofertar analizador con 25 posiciones de reactivo para inmunología cada uno lo cual permite tener 50 posiciones disponibles, cumpliendo así con el menú de 14 analitos según el anexo A inciso C. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 8	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 19. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un analizador donde los reactivos se encuentren listos para su uso (que no requieran preparación) los reactivos serán cargados y censados de manera manual al inicio de la jornada y con la ayuda del monitoreo de las pruebas disponibles a bordo permitiría estimar el consumo del día sin necesidad de realizar una carga adicional durante la jornada. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 9	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Partida 20. Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar reactivo de inmunología con estabilidad de 30 días a bordo lo cual no afecta el rendimiento de trabajo, mientras que para Química clínica se solicita permitir ofertar reactivos con estabilidad variable dada la naturaleza química del reactivo sin demerito de la calidad del producto. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 10	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 21. Se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo analizador con volumen de pipeteo por prueba con máximo 35ul para química clínica y máxima de 200 ul de muestra por prueba para inmunología, consideramos que es un volumen pertinente para su manejo. ¿Esto se acepta?	



San Marcos 130
Tlalpan Centro, Tlalpan
México, 14000, CDMX
(55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021
"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología,
Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el
Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

b).- De carácter técnico

Pregunta 11	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 38. Se solicita a la convocante nos comparta los controles de tercera opinión de su elección. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 12	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología 39. Solicitamos a la convocante nos indique el proveedor del programa inter-laboratorio deseado. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 13	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 40. Se solicita a la convocante proporcione el proveedor de control de calidad externa a la que desea ser inscrita. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 14	Respuestas
Anexo A Partida UNO Química Clínica e inmunología Punto 41. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar BNP debido a que la utilidad clínica es la misma que NT-proBNP, logrando obtener resultados confiables y oportunos debido a que BNP es un marcador biológicamente activo, es una hormona activa que se sintetiza en el miocardio ventricular y se libera en la circulación en respuesta a la dilatación ventricular y la sobrecarga de presión, el BNP es un marcador más confiable en los pacientes con insuficiencia renal debido a que los pacientes con deficiencia renal tienen un nivel relativo mayor de NT-proBNP que de BNP, el BNP refleja con precisión el estado ventricular actual, debido a que la vida media de BNP es 20 minutos en comparación con 60-120 minutos para NT-proBNP. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 15	Respuestas
Anexo A Partida UNO Hematología Punto 7. Se solicita a la convocante permita ofertar equipo analizador con perforador automático y agitación constante. ¿Esto se acepta?	



San Marcos 130
Tlalpan Centro, Tlalpan
México, 14000, CDMX
(55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez

Dirección de Administración

Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

b).- De carácter técnico

Pregunta 16	Respuestas
Anexo A Partida UNO Hematología Punto 8. Solicitamos a la convocante el permitimos ofertar equipo de biometría hemática que cumpla con principio de medición de citometría de flujo, fluorescencia, con impedancia eléctrica, método de SLS libre de cianuro. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 17	Respuestas
Anexo A Partida UNO Hematología Punto 10. Se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo analizador que emita un reporte de resultado en gráfica, números absolutos y porcentual tanto en pantalla como en papel. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 18	Respuestas
Anexo A Partida UNO Hematología Punto 11. Se solicita a la convocante anular este punto debido a que la medida estándar para el procedimiento es de 13X100. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 19	Respuestas
Anexo A Partida UNO Hematología Punto 13. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con capacidad de volumen de muestra modo manual 130 ul y modo automático 200 ul.. ¿Esto se acepta?	

b).- De carácter técnico

Pregunta 20	Respuestas
Anexo A Partida UNO Hematología Punto 14. Solicitamos a la convocante que los equipos ofertados tengan la capacidad de almacenamiento de 90 000 resultados. ¿Esto se acepta?	



San Marcos 130
 Tlalpan Centro, Tlalpan
 México, 14000, CDMX
 (55) 8000-1500
www.abalat.com.mx

Instituto Nacional de Cardiología
 Ignacio Chávez

Dirección de Administración

Licitación Pública Nacional Electrónica N° LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

b).- De carácter técnico

Pregunta 21	Respuestas
Anexo A Partida UNO Hematología Punto 15. Se solicita a la convocante permitir ofertar equipo que cuente con lector de código de barras interno y externo. ¿Esto se acepta?	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas


Atentamente

 Cuauhtémoc De Luna Bonilla

 Representante Legal



 Firma



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. **LA-012NCA001-E28-2021** Nombre de la Licitación: **“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”**

Ciudad de México, a 26 de enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.


Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
Sistema Compranet Solicitamos a la Convocante habilite en la Plataforma de CompraNet el parámetro “1.2 Área Adicional Anexos”, para poder integrar lo solicitado en bases denominado CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN (Puntos y Porcentajes). ¿Se acepta nuestra solicitud?	
Punto 3.2. FECHAS Y HORAS PREVISTAS PARA LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, página 15 Menciona la Convocante la ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS,	

IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No.30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
Ced. Benito Juárez
C.P. 06702-CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 5661-6448



IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
Edu. Emilio Juárez
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS serán “DENTRO DEL SOBRE ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ SU PROPUESTA, EN EL PORTAL DE COMPRANET”, entendemos que se refiere al área de Anexos Adicionales. Favor de aclarar</p>	
<p>La participación de los licitantes será exclusivamente a través de Compranet, página 20</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos permita presentar firma autógrafa de nuestro representante legal en la última hoja del documento que las contenga en cada una de las cartas y anexos que integran nuestra Licitación, y rubrica en todas y cada una de las hojas de manual, registros y documentos que integran nuestra propuesta. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	
<p>SECCIÓN IV REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, página 39</p> <p>Menciona la Convocante “Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar obligatoriamente foliados, de preferencia con formato (1 de x, 2 de x, etc.) En todas y cada una de las hojas que los integren”. Entendemos que solo es sugerencia, y podemos presentar folio, ejemplo: 00001, 00002, 00003... ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>ENVÍO DE PROPUESTAS POR COMPRANET. Página 21</p> <p>Entendemos que este punto es meramente informativo y no deberá presentarse ninguna carta para cumplir con este punto. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
 Perpetua No.30, Int. 101
 Col. San José Insurgentes
 del Sur, CDMX
 C.P. 03900 CDMX
 Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración
 Subdirección de Recursos Materiales y
 Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>3.2.1 MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS</p> <p>No aplica la entrega de Muestras Físicas</p> <p>Solicitamos a la convocante nos confirme que no es necesario entregar muestras físicas y se cumple con presentar los documentos solicitados dentro de la propuesta técnica. ¿Es correcto?</p>	
<p>A.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE PARTIDA 2, página 46</p> <p>Competencia o habilidad</p> <p>Solicitamos a la convocante que para cumplir con este punto nos permita presentar Título y/o Cédula Profesional de la plantilla laboral, personal con estudios afines como QFB, QBP, Químico Clínico, Biólogo, Técnico Laboratorista Clínico, Técnico Laboratorista Químico, Auxiliar Químico, Químico Fármaco-Biólogo, Química Clínica. ¿Se acepta?</p>	
<p>A.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE PARTIDA 2, página 46</p> <p>Herramientas y equipos para mantenimiento</p> <p>Solicitamos a la convocante que para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar laboratorios certificados por la EMA, o en su caso laboratorios certificados bajo la norma ISO 17025, la cual es una normativa internacional desarrollada por el ISO en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. ¿Se acepta?</p>	
<p>Partida 2: Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías, A.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE, HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO página 47</p> <p>Solicitamos atentamente ejemplificar qué evidencia documental es válida para cumplir con este apartado.</p>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
 Perpetua No.30, Int. 101
 Col. San José Insurgentes
 C.P. 03900 CDMX
 Tel. 5322-8870 / Fax. 5661-6448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración
 Subdirección de Recursos Materiales y
 Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>A.1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE - CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARTIDA 2, página 47</p> <p>Solicita la convocante la última declaración fiscal provisional 2020</p> <p>Entendemos que se refiere a la declaración provisional de diciembre del año 2020. ¿Es correcto?</p>	
<p>Partida 2: Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías, A.2.- EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y A.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DEL LICITANTE página 48</p> <p>Solicitamos atentamente que, para la presentación de los contratos solicitados en este apartado, se permita la presentación de los contratos sin Anexos. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con la capacidad permitida en el parámetro de COMPRANET. ¿Se acepta?</p>	
<p>A.2.- EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y A.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DEL LICITANTE, PARTIDA 2, páginas 48, 49 y 50</p> <p>Solicitamos a la Convocante, que para cumplir con estos puntos nos permita presentar los mismos contratos cumpliendo debidamente con lo solicitado en cada rubro. ¿Se acepta nuestra solicitud ?</p>	
<p>SECCIÓN VI, DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, 6.2. “Acreditamiento de Personalidad Jurídica”, página 54 “...Así mismo, el licitante deberá integrar una Identificación Oficial Vigente del representante legal...”</p> <p>Solicitamos atentamente para el cumplimiento de este punto, permita presentar Copia Certificada de</p>	




IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No.30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

la Identificación Oficial Vigente del representante legal. ¿Se acepta?	
<p>SECCIÓN VI, DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES, punto 6.3., página 55 "...Previo a la firma del contrato, el licitante quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original y copia certificada de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">·Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o·Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional" <p>Entendemos que los documentos solicitados en dichas viñetas no formarán parte de la propuesta y se presentarán sólo en caso de resultar adjudicado ¿Es correcta mi apreciación?</p>	
<p>Punto 6.3 "Anexo M" página 55</p> <p>Mi representada oferta equipos de procedencia internacional con países con los que tenemos Tratados de Libre Comercio, por tal motivo solicitamos a la convocante nos permita presentar este Anexo con la leyenda de "No Aplica" adjuntando a este Anexo un escrito bajo protesta de decir verdad que mi representada es de Nacionalidad Mexicana. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>Punto 6.4., página 55</p> <p>"Así mismo el licitante deberá anexar copia simple de lo siguiente:</p>	




IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<ul style="list-style-type: none">• NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.• NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.• NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 o certificación de calidad ante cualquier entidad nacional competente reconocida, que ampare la certificación del licitante como prestador de servicios integrales, deberá amparar en el alcance la distribución y entrega de reactivos y consumibles, asesoría técnica, distribución, así como la entrega e instalación de equipos médicos.• NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189-2012 Laboratorios clínicos-Requisitos de calidad y competencia.” <p>Solicitamos atentamente a la Convocante nos proporcione las versiones digitales, o nos indique la(s) página(s) electrónica(s) de descarga de las normas citadas, de las cuales se requiere copia simple.</p>	
<p>Punto 6.4., página 55</p> <p>Solicita la convocante</p> <p>NMX-CC-IMNC-9001:2015 / ISO 9001:2015 o certificación de calidad ante cualquier entidad nacional competente reconocida, que ampare la certificación del licitante como prestador de servicios integrales, deberá amparar en el alcance la distribución y entrega de reactivos y consumibles, asesoría técnica, distribución, así como la entrega e instalación de equipos médicos.</p> <p>Solicitamos a la convocante poder presentar nuestro ISO 9001:2015 que tiene el alcance de Ventas (licitación), almacenamiento, distribución,</p>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No.30. Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del Benito Juárez
C.P. 03900 CD.MX
Tel. 55 5322-8870 Fax: 55661-6448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>instalación, calibración, capacitación, operación y mantenimiento a equipos de laboratorio de análisis clínico y soporte técnico de reactivos e insumos de laboratorio de diagnóstico, así como, traslado de muestras de sangre para su análisis y gestión de inventarios, para la prestación de Servicios Integrales de Laboratorio de Análisis Clínicos para todas las áreas, en las fases pre-analítica, analítica y post-analítica, el cual ampara el servicio ofertado en la presente licitación. ¿Se acepta?</p>	
<p>Punto 6.8 página 57</p> <p>Solicitamos a la convocante que, para cumplir con este punto, nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad que no contamos con personal con trabajadores con discapacidad. ¿Se acepta?</p>	
<p>Punto 6.9, página 57</p> <p>Solicitamos a la Convocante que, en caso de no pertenecer al sector MIPYMES, nos permita presentar el “Formato 8.2”, con la leyenda “No Aplica” junto con un escrito manifestando indicando el tamaño de la empresa. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	
<p>Punto 6.10 página 57</p> <p>Solicitamos a la convocante para cumplir con este punto, que en caso de no participar en forma conjunta, nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad que no presentamos nuestra propuesta en forma conjunta. ¿Se acepta?</p>	
<p>Punto 6.16, página 59</p> <p>Entendemos que la Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, es en formato libre ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	




IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900 Ciudad de México
Tel. 5322-8870 / Fax 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

Punto 8.3, página 70 Solicitamos a la convocante, agregar a la <i>Lista de Verificación para revisar proposiciones</i> , el numeral 6.11 Documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. ¿Se acepta?	
Anexo Técnico “A” Partida “Dos” Autoinmunidad Numeral 2 y 24. Páginas 93 y 95 Solicitamos atentamente a la Convocante que, para cumplir con este numeral, nos permita presentar copia simple de la carta original presentada en el numeral 6.16 Carta de Respaldo del Fabricante de la Sección VI de las presentes bases. ¿Se acepta?	
Anexo Técnico “A” Partida “Dos” Coagulación Numeral 2. Página 98 Solicitamos atentamente a la Convocante que, para cumplir con este numeral, nos permita presentar copia simple de la carta original presentada en el numeral 6.16 Carta de Respaldo del Fabricante de la Sección VI de las presentes bases. ¿Se acepta?	
Anexo Técnico “A” Partida “Dos” Gasometrías Numeral 2. Página 102 Solicitamos a la convocante nos permita presentar copia simple de la carta original presentada en el numeral 6.16 Carta de Respaldo del Fabricante de la Sección VI de las presentes bases. ¿Se acepta?	
Partida Dos Inciso “B” NOTA (1) página 112 Dice: <i>NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO.</i>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
 Perpetua No. 30 Int. 101
 Col. San José Insurgentes
 Del. Benito Juárez
 C.P. 03900 CDMX
 Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración
 Subdirección de Recursos Materiales y
 Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias


Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante adjudicado instale los analizadores.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos precise si esta documentación deberá formar parte de nuestra propuesta o se deberá presentar una vez adjudicado el proveedor. Favor de aclarar.</p>	
<p>Anexo E, página 130</p> <p>Solicitamos a la convocante nos confirme si este anexo es solamente informativo y no deberá ser presentado como parte de nuestra propuesta. Favor de aclarar.</p>	
<p>Anexo H, página 136</p> <p>Solicitamos a la convocante nos confirme si este anexo es solamente informativo y no deberá ser presentado como parte de nuestra propuesta. Favor de aclarar.</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SECCION II OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION</p> <p>2.5 PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR</p> <p>Página 14</p> <p>Es correcto entender que podrán presentarse: Los Catálogos, folletos, Fichas Técnicas, insertos, hojas del manual debidamente referenciados; utilizados para verificar las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico "A"</p>	




IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>SECCION II OBJETO Y ALCANCE DE LICITACION</p> <p>2.5 PRUEBAS QUE SE REALIZARÁN Y MÉTODOS A UTILIZAR</p> <p>Página 14</p> <p>Es correcto entender que podrá presentarse: Catálogos, folletos, Fichas Técnicas, insertos, evidencias fotográficas, hojas o apartados del manual debidamente referenciados; utilizados para verificar las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico "A"</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES</p> <p>6.4.- Copia de los documentos mediante los cuales...</p> <p>Página 56</p> <p>Es correcto entender que para los equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico "A", para bienes de origen extranjero, el licitante deberá presentar certificado de buenas prácticas de fabricación, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (Alemania); JIS (JAPÓN); ISO 13485 o certificado emitido por la autoridad sanitaria del país de origen; con su traducción simple al español. Y para productos de origen nacional, certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No.30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.4.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el **cumplimiento de las normas (obligatorio)**...

- REGISTRO SANITARIO”, vigente, en copia simple y legible, de los **equipos analizadores y los reactivos enlistados en el Anexo Técnico “A”** propuestos para la prestación del servicio.

Página 56

Es correcto entender que, para dar cumplimiento a este punto, bastará con presentar los registros sanitarios en el Numeral 6.17 de la sección VI, Documentos que deben de presentar los licitantes copia del registro sanitario vigente (obligatorio)... sin que estos tengan que ser repetidos o integrados en el numeral 6.4 copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditara el cumplimiento de las normas (obligatorio).

¿Es correcta nuestra apreciación?


SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES

6.17.- Copia legible del Registro Sanitario Vigente, (Obligatorio)... la clave solicitada en el **Anexo Técnico “A”** de la presente Convocatoria.

Página 60

Es correcto entender que la clave solicitada hace referencia al nombre de la prueba contenida en la relación de pruebas.

¿Es correcta nuestra apreciación?



Impromed


Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No.30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900
Tel: 5322-8870 Fax: 5661-6448

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES</p> <p>6.20.- Certificados de Calidad y Hojas de Seguridad (obligatorio) El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, para las pruebas enlistadas en el inciso “C” de cada partida del Anexo Técnico “A”.</p> <p>Página 61</p> <p>Es correcto entender que para dar cumplimiento a este punto podrá presentarse: ISO 13485 como certificado de calidad.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES</p> <p>6.22.- Documentos Anexo Técnico “A”, Partida 1 Inciso “A” Química, Inmunología y Hematología, Partida 2 Inciso “A” Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías. (obligatorio).</p> <p>Página 61</p> <p>Es correcto entender que, para dar cumplimiento a este punto, El Licitante debe entregar la evidencia escaneada en formato PDF, hojas o apartado de manual, catálogos, insertos, fichas técnicas. Referenciando, identificando el número de partida, la disciplina, el inciso e identificando cada numeral al que hace referencia, que a continuación se mencionan.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES</p>	




IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

<p>6.22.- Documentos Anexo Técnico "A", Partida 1 Inciso "A" Química, Inmunología y Hematología, Partida 2 Inciso "A" Autoinmunidad, Coagulación y Gasometrías. (obligatorio).</p> <p>Anexo Técnico "A", Partida Dos, Inciso "A" Autoinmunidad. Numeral: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 48, 50.</p> <p>Anexo Técnico "A", Partida Dos, Inciso "A" Coagulación. Numeral: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 31, 35.</p> <p>Anexo Técnico "A", Partida Dos, Inciso "A" Gasometrías. Numeral: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 33.</p> <p>Página 61</p> <p>Solicitamos a la convocante que nos permita realizar cédulas de especificaciones técnicas por equipo extrayendo solo los numerales citados para cada partida, disciplina e inciso del Anexo Técnico "A".</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A"</p> <p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "A"</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>AUTOINMUNIDAD</p> <p>Página 93 a 98</p>	




IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax: 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

<p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p>	
<p>Anexo Técnico "A", Partida Dos, Inciso "A" Autoinmunidad. Numeral: 45, 46, 47</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "A"</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>AUTOINMUNIDAD</p> <p>Página 93 a 98</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p> <p>Anexo Técnico "A", Partida Dos, Inciso "A" Autoinmunidad. Numeral: 32, 39, 49</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "A"</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>AUTOINMUNIDAD</p>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del. Miguel Alemán
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>Página 93 a 98</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p> <p>Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Autoinmunidad. Numeral: 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA “DOS”</p> <p>INCISO “A”</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>Coagulación</p> <p>Página 98 a 101</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p> <p>Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Coagulación. Numeral: 11, 29</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA “DOS”</p> <p>INCISO “A”</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p>	