


IMPROMED S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>Coagulación</p> <p>Página 98 a 101</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p> <p>Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Coagulación. Numeral: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA “DOS”</p> <p>INCISO “A”</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>Coagulación</p> <p>Página 98 a 101</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p> <p>Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Coagulación. Numeral: 36, 37</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA “DOS”</p> <p>INCISO “A”</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
 Perpetua No. 30 Int. 101
 Col. San José Insurgentes
 C.P. 03900 CDMX
 Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración
 Subdirección de Recursos Materiales y
 Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>Gasometrías.</p> <p>Página 101 a 105</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p> <p>Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Gasometrías Numeral: 21, 24, 25</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA “DOS”</p> <p>INCISO “A”</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>Gasometrías.</p> <p>Página 101 a 105</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales.</p> <p>Anexo Técnico “A”, Partida Dos, Inciso “A” Gasometrías Numeral: 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA “DOS”</p> <p>INCISO “A”</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p>	




IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900 Ciudad de México
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

<p>Gasometrías.</p> <p>Página 101 a 105</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales. Anexo Técnico "A", Partida Dos, Inciso "A" Gasometrías Numeral: 37, 38</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "A"</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD.</p> <p>Gasometrías.</p> <p>Página 101 a 105</p> <p>Solicitamos a la convocante para dar cumplimiento a estos numerales nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad de que se cumplirá lo solicitado a los siguientes numerales. Anexo Técnico "A", Partida Dos, Inciso "A" Gasometrías Numeral: 39, 40</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A"</p> <p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "A"</p> <p>AUTOINMUNIDAD</p>	



Impromed

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

<p>Numeral 23, 27, 34, 35.</p> <p>Página 93 a 98</p> <p>Es correcto entender que el termino laminillas es indistinto de portaobjetos para estos incisos.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A"</p> <p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "A"</p> <p>AUTOINMUNIDAD</p> <p>Numeral 35.</p> <p>Página 95</p> <p>Es correcto entender que el termino microplacas es indistinto de placas para este inciso.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A"</p> <p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "A"</p> <p>Coagulación</p> <p>Numeral 18.</p> <p>Página 99</p> <p>Solicitamos a la convocante que nos permita presentar los apartados del manual debidamente referenciados, junto con carta compromiso de que es copia fiel del original del fabricante y/o licitante, considerando que el manual completo será entregado una vez adjudicado.</p>	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No. 30 Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

¿Se acepta nuestra propuesta?	
ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" Gasometrías Numeral 6. Página 102 Es correcto entender que la miliosmolaridad hace referencia a las concentraciones en unidades expresadas en milésimas para los diferentes analitos como, por ejemplo: sodio, potasio y cloro. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" Gasometrías Numeral 14. Página 102 Es correcto entender que el termino autoverificación de la calibración hace referencia a la validación automática del PAK, correspondiente a la validación de la calibración. ¿Es correcta nuestra apreciación?	
ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS"	



IMPROMED, S.A. DE C.V.
 Perpetua No. 30 Int. 101
 Col. San José Insurgentes
 Del. Benito Juárez
 C.P. 03900 CDMX
 Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Dirección de Administración
 Subdirección de Recursos Materiales y
 Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

"Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación,
 Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto
 Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

<p>INCISO "A"</p> <p>Gasometrías</p> <p>Numeral 15.</p> <p>Página 103</p> <p>Es correcto entender que el termino estabilidad de las muestras hace referencia a la estabilidad de pruebas instaladas en el instrumento.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A"</p> <p>PARTIDA "DOS"</p> <p>INCISO "B" OTROS BIENES...</p> <p>Numeral 1, 21, 22, 23.</p> <p>Página 105 a 113</p> <p>Derivado de que estos puntos abarcan conceptos que no es posible referenciar en literatura como lo es: entrega de insumos, costos de auditoria, capacitación, instalación, puesta en marcha, capacitación continua y actualizaciones. Solicitamos a la convocante nos permita sustentar los mismos mediante una carta bajo protesta de decir verdad que se dará cumplimiento en caso de resultar adjudicados.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas




Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias

IMPROMED, S.A. DE C.V.
Perpetua No.30, Int. 101
Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez
C.P. 03900 CDMX
Tel. 5322-8870 / Fax. 56616448

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

“Servicio de Realización de Pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con Equipos en Comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021”

Atentamente

César López Gómez <hr/> Nombre del representante legal	Representante Legal de Impromed, S.A. de C.V. <hr/> Cargo en la empresa	 <hr/> Firma
--	---	--

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.



Dicipa S.A. de C.V.
 Edificio Metrópoli Patriotismo II
 Av. Patriotismo #201, piso 8
 Col. San Pedro de los Pinos
 Alc. Benito Juárez, C.P. 03800
 Ciudad de México
 Tel. (55) 5093 2000
 RFC: DCP790511-D36

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Licitación Pública Nacional Electrónica
 No. LA-012NCA001-E28-2021
 "Servicio de realización de pruebas de Química Clínica, Inmunología,
 Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad,
 con equipos en comodato para el Laboratorio Central del
 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: **"Servicio de realización de pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con equipos en comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"**

Ciudad de México, a 26 de enero de 2021.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales.
Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias.
Presente.



Juan Pallach

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>No. 1.- Referencia: Sección III. Numeral 3.2.1. Muestras Físicas, Catálogos, Fichas Técnicas o Folletos. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar solo las hojas referenciadas de los catálogos o fichas técnicas o folletos, donde se encuentre las características ofertadas. ¿Se acepta nuestra petición?</p>	
<p>No. 2.- Referencia: Sección VI. Numeral 6.3. Dice: Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, (obligatorio), que es de nacionalidad mexicana, además manifestará que los servicios que oferta serán prestados en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, así como también manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. Según modelo de "Anexo M", Sección VIII. Pregunta: Es correcto entender que la contratación del presente procedimiento de licitación es un Servicio de realización de pruebas de laboratorio y que el contenido nacional se cumple con la nacionalidad del prestador de los mismos, es decir que el licitante sea de nacionalidad Mexicana. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>No. 3.- Referencia: Sección VI. Numeral 6.3. Pregunta: En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, es correcto entender que se adecuara el Anexo "M" a "Servicio que oferta" en lugar de los "bienes que oferta".</p>	
<p>No. 4.- Referencia: Sección VI. Numeral 6.4. y Sección II. Numeral 2.4. Pregunta: Es correcto entender que las normas que se enlistan son de observancia al laboratorio por lo que bastará un manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad de cumplimiento y apego de las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. • NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. • NMX-EC-15189-IMNC-2015 / ISO 15189-2012 Laboratorios clínicos-Requisitos de calidad y competencia. <p>Tal y como se indica en la Sección II. Numeral 2.4 de las presentes bases. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	



Dicipa S.A. de C.V.
 Edificio Metrópoli Patriotismo II
 Av. Patriotismo #201, piso 8
 Col. San Pedro de los Pinos
 Alc. Benito Juárez, C.P. 03800
 Ciudad de México
 Tel. (55) 5093 2000
 RFC: DCP790511-D36



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Licitación Pública Nacional Electrónica
 No. LA-012NCA001-E28-2021
 "Servicio de realización de pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con equipos en comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

Jana Pallach

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>No. 1.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS". Requisito: "El licitante debe presentar un manual del usuario, por cada analizador en original o en copia junto con una carta compromiso de que es copia fiel del original" Pregunta: Entendemos que refieren a requisitos que deberá cumplir el licitante adjudicado. Favor de aclarar.</p>	
<p>No. 2.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS". Requisito: "El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador. Pregunta: Entendemos que refieren a requisitos que deberá cumplir el licitante adjudicado. Favor de aclarar.</p>	
<p>No. 3.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS". Requisito: "El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita entregar un documento sin que lleve membrete, dado que estos documentos se emiten de manera interna por el fabricante y no necesariamente se elaboran en hojas membretadas. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 4.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS". Requisito: "El licitante debe entregar carta de trazabilidad en hoja membretada, con las especificaciones del material de referencia de cada calibrador. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita entregar un documento en inglés con su traducción simple al español. Dado que al ser productos de fabricación extranjera se emiten en idioma Inglés. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 5.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 1. "deben ser integrados, escalables, expandibles y configurables" Pregunta: Solicitamos a la convocante nos aclare si se refiere a equipos modulares que puedan tener configuraciones diversas de las unidades analíticas y que estas estarán en función de los requerimientos del laboratorio. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 6.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 1. "de acceso "random" Pregunta: Solicitamos a la convocante si esto hace referencia que pueden ordenar el proceso de muestras por pruebas o perfiles de estudios. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 7.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 15. El licitante debe asegurar la instalación de un sistema de agua clasificación tipo I (1), contar con mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico los 365 días año, las 24 horas del día. Pregunta: Solicitamos nos permita presentar una carta bajo protesta de decir verdad que proporcionaremos un sistema de suministro de agua y se anexara a esta carta reporte de la calidad del agua emitido por la empresa encargada de realizar la instalación al momento de la puesta en marcha. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 8.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS" Requisito. El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad de los analizadores, junto con la documentación que avale la validación de los mismos. Pregunta: Solicitamos a la convocante que si se refiere a los certificados de Calidad a los certificados ISO de fabricación de los analizadores. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 9.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS" Requisito. El licitante debe proporcionar el Certificado de Calidad de los analizadores, junto con la documentación que avale la validación de los mismos. Pregunta: Solicitamos a la convocante que el certificado de validación se entregue al momento de la instalación del instrumento comprometiendo a entregar todas las evaluaciones pertinentes de competencia de que sean requeridos, dado que este tipo de validación se hace necesariamente <i>in situ</i>. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 10.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 34 Los analizadores deben trabajar entre 15°C y 25°C (1), el licitante debe asegurarse de que las condiciones de temperatura del área donde se instalen los analizadores sean las idóneas</p>	



Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alic. Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-012NCA001-E28-2021
"Servicio de realización de pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometría y Autoinmunidad, con equipos en comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

Juan Palloch

<p>para su buen funcionamiento, a través de instalación de aire acondicionado o minisplits de ser necesario. Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar instrumentos que trabajen entre 18°C y 32°C, ya que esto permite más tolerancia a temperaturas altas, garantizando un mejor desempeño. Adicionalmente se colocarán si fuera necesario aire acondicionado o minisplits de ser necesario tal y como lo solicitan en las presentes bases. Favor de pronunciarse</p>	
<p>No. 11.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS" REQUISITO. "El licitante debe entregar certificados de calidad, hojas de seguridad e insertos, de reactivos, calibradores, controles y consumibles, cuando corresponda." Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita entregar un documento en inglés con su traducción simple al español. Dado que al ser productos de fabricación extranjera se emiten en idioma Inglés. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 12.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" Y PARTIDA "DOS". CARTA DE RESPALDO (RESPONSABLE SOLIDARIO). El licitante debe presentar carta original escaneada en hoja membretada, donde el fabricante o filial en México manifieste a favor del licitante, ser responsable solidario para participar en la licitación para adquirir las pruebas solicitadas en el inciso "C", enlistando el bien y la marca. Pregunta: Derivado de que en la actualidad los fabricantes cuentan con representación para comercializar sus productos en México bajo las figuras de empresas filiales oficialmente autorizadas o titulares de los Registros Sanitarios, las cuales son las únicas que cuentan con la autorización legal y regulatoria por parte del fabricante y/o COFEPRIS, por lo que garantizan el abasto solidario completo y oportuno, de las pruebas ofertadas. Es correcto entender que se debe presentar carta del Fabricante, la filial en México o titular del Registro Sanitario, para dar cumplimiento al Anexo Técnico "A" y Numeral 6.16; y bastará con presentarse una sola vez para dar cumplimiento al Anexo Técnico "A" y Numeral 6.16. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>No. 13.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" HEMATOLOGÍA. NUMERAL 25. Certificados de calidad de los analizadores Pregunta: Solicitamos nos permitan presentar los certificados de calidad de los 3 analizadores en el momento de la instalación, dado que estos documentos son específicos del instrumento a instalar. ¿Se acepta?</p>	
<p>No. 14.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" HEMATOLOGÍA. NUMERAL 26. Manual de usuario Pregunta: Solicitamos nos permitan presentar el manual de los 3 analizadores en el momento de la instalación. Dado que dichos manuales ocupan un volumen de muchos Gb y hace muy pesada la oferta al ser electrónica. ¿Se acepta?</p>	
<p>No. 15.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" HEMATOLOGÍA. NUMERAL 31. Software en español Pregunta: Solicitamos nos permitan ofertar un instrumento de Velocidad de Sedimentación globular con software en el idioma inglés. ¿Se acepta?</p>	
<p>No. 16.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" HEMATOLOGÍA. NUMERAL 33. Carga automática y continua Pregunta: En el caso de los analizadores de hematología y velocidad de sedimentación globular, en todas las marcas; estos no tienen la función de carga automática ni continua. Solicitamos sea opcional estas características. ¿Se acepta?</p>	
<p>No. 17.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" HEMATOLOGÍA. NUMERAL 49. El licitante debe proporcionar un microscopio binocular nuevo Pregunta: Estas características son específicas de una marca solicitamos nos permitan ofertar un microscopio con especificaciones similares y así permitir la libre participación. ¿Se acepta?</p>	
<p>No. 18.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" HEMATOLOGÍA. NUMERAL 49. El licitante debe proporcionar un microscopio binocular nuevo Pregunta: Entendemos que cumplimos con este punto solo con presentar carta bajo protesta de decir verdad que entregaremos el microscopio de acuerdo a las necesidades del laboratorio. ¿Es correcto?</p>	
<p>No. 19.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" y "DOS". "NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO" Pregunta: Dentro de la ficha técnica se solicita compromisos de entrega de productos y servicios, los cuales no pueden respaldarse sino es con una carta compromiso. Solicitamos nos permitan entregar carta compromiso únicamente para estos casos de entrega de productos o servicios, considerando que las características técnicas sí serán referenciadas. ¿Se acepta?</p>	

**Dicipa S.A. de C.V.**

Edificio Metrópoli Patriotismo II
 Av. Patriotismo #201, piso 8
 Col. San Pedro de los Pinos
 Alc. Benito Juárez, C.P. 03800
 Ciudad de México
 Tel. (55) 5093 2000
 RFC: DCP790511-D36



Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
 Licitación Pública Nacional Electrónica
 No. LA-012NCA001-E28-2021
 "Servicio de realización de pruebas de Química Clínica, Inmunología,
 Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad,
 con equipos en comodato para el Laboratorio Central del
 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

<p>No. 20.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" COAGULACIÓN. NUMERAL 7. Los analizadores deben tener los principios de medición de turbidimetría e inmunoturbidimétrico. Pregunta: Solicitamos nos permitan ofertar un analizador de coagulación con principio de medición foto óptico el cual permite identificar el grado de turbidez. Así como la capacidad del instrumento para realizar pruebas inmunológicas. ¿Se acepta?</p>	
<p>No. 21.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" COAGULACIÓN. NUMERAL 18. manual del usuario Pregunta: Solicitamos nos permitan presentar el manual de los 2 analizadores en el momento de la instalación. Dado que dicho manual ocupa un volumen de muchos Gb y hace muy pesada la oferta al ser electrónica. ¿Se acepta?</p>	
<p>No. 22.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 1. El licitante debe proporcionar, cinco gasómetros, estos deben ser nuevos, automatizados, idénticos y de la misma marca (1). Pregunta: DADO QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR EN FOLLETOS O MANUALES LA CANTIDAD DE 5 GASÓMETROS NUEVOS QUE SOLICITAN EN ESTE PUNTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CARTA COMPROMISO PARA LA REFERENCIA DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>No. 23.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 12. Dice: "Los gasómetros deben tener un sistema de batería integrada de respaldo por lo menos de 60 minutos." Pregunta: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR "EQUIPO QUE PERMANEZCA FUNCIONAL SI LA ALIMENTACIÓN (ELÉCTRICA) SE INTERRUMPE, PERMITIENDO RESTAURAR LA ALIMENTACIÓN EN UN PLAZO DE 60 MINUTOS", PARA LO SOLICITADO EN "BATERÍA INTEGRADA DE RESPALDO", TODA VEZ QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR TEXTUALMENTE "BATERÍA INTEGRADA DE RESPALDO" ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>No. 24.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 13. Los gasómetros deben utilizar un sólo componente desechable, cartucho multipruebas donde se encuentren integradas las soluciones, reactivos, sensores, bolsa de desecho, aguja de toma muestra y gases (1). Pregunta: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI CON "MULTIPRUEBAS" SE REFIERE A LOS DIFERENTES ANALITOS QUE ANALIZA EL EQUIPO O A LAS DIFERENTES PRESENTACIONES DE LOS CARTUCHOS? FAVOR DE PRONUNCIARSE.</p>	
<p>No. 25.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 15. Los gasómetros deben tener censo continuo de muestras disponibles y estabilidad de las muestras. Pregunta: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REFIERE AL CENSO CONTINUO DE PRUEBAS DISPONIBLES Y LA ESTABILIDAD DE LAS PRUEBAS A BORDO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.</p>	
<p>No. 26.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 20. Los gasómetros deben tener detección y corrección automática a interferencias como coágulos, medicamentos y burbujas (1). Pregunta: NINGÚN GASÓMETRO EN EL MERCADO ES CAPAZ DE DETECTAR MEDICAMENTOS CAUSANTES DE INTERFERENCIAS Y CORREGIR DICHA INTERFERENCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE GASOMETRO CON DETECCIÓN A INTERFERENCIAS COMO COÁGULOS (MICROCOÁGULOS) y BURBUJAS. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>No. 27.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 21. Los gasómetros deben tener lectores de códigos de barras que garantice la lectura de las etiquetas de los tubos de muestra generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e Institucional. Pregunta: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CARTA COMPROMISO PARA LA REFERENCIA DE ESTE PUNTO, DADO QUE EN NINGÚN FOLLETO O MANUAL ES POSIBLE REFERENCIAR "Los gasómetros deben tener lectores de códigos de barras que garantice la lectura de las etiquetas de los tubos de muestra generadas en el sistema de la red interna del Laboratorio Central e Institucional." ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>No. 28.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 23. Los gasómetros deben mostrar en una sola pantalla el estado de calibración, muestras disponibles y estabilidad (1). Pregunta: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPO QUE EN UNA SOLA PANTALLA MUESTRE QUE ESTÁ "LISTO (READY)", ESTADO DEL ANALITO, LAS MUESTRAS DISPONIBLES Y LOS DÍAS DE ESTABILIDAD, TODA VEZ QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR TEXTUALMENTE "ESTADO DE CALIBRACIÓN". ¿SE ACEPTA?</p>	



Dicipa S.A. de C.V.

Edificio Metrópoli Patriotismo II
Av. Patriotismo #201, piso 8
Col. San Pedro de los Pinos
Alic. Benito Juárez, C.P. 03800
Ciudad de México
Tel. (55) 5093 2000
RFC: DCP790511-D36

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-012NCA001-E28-2021
"Servicio de realización de pruebas de Química Clínica, Inmunología, Hematología, Coagulación, Gasometrías y Autoinmunidad, con equipos en comodato para el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 2021"

<p>No. 29.- Referencia: ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" GASOMETRIAS. NUMERAL 24. Los gasómetros deben contar con interfaz (hardware y software), que sea compatible con el Sistema Informático del Laboratorio Central. Pregunta: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CARTA COMPROMISO EN LA QUE SE ESPECIFIQUE QUE EL MODELO OFERTADO SERÁ COMPATIBLE CON EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO CENTRAL, TODA VEZ QUE NO ES POSIBLE REFERENCIARLO TEXTUAL EN NINGUN FOLLETO O MANUAL. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>No. 30.- Referencia: Anexo Técnico "A" Partida "Uno" y "Dos" inciso B, OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, se anexa el listado de materiales a entregar los cuales en la nota 2 la cual menciona "La cantidad de bienes puede variar de acuerdo a las necesidades del servicio, a los equipos y analizadores adjudicados". Por lo que solicitamos a la convocante presentar únicamente carta bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a entregar estos bienes de acuerdo a las necesidades y características del servicio al momento de la implementación y puesta en marcha. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 31.- Referencia: Anexo Técnico "A" Partida "Uno" y "Dos" inciso B, OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, se anexa el listado de materiales a entregar los cuales menciona en la NOTA (1): Se requiere evidencia oficial documentada referenciada de Manuales, Catálogos, Insertos, Fichas Técnicas, en idioma Español NO se aceptan cartas compromiso, de lo contrario se tomará como NO CUMPLIMIENTO. La documentación requerida debe entregarse una vez que el licitante adjudicado instale los analizadores. Pregunta: Entendemos que estos catálogos y evidencia será entregada al momento de ser adjudicados y solamente será necesario presentar una carta bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a entregar lo solicitado en este inciso, favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 32.- Referencia: Sección VI. Numeral 6.21. Análisis de desechos CRETÍ. Análisis de desechos CRETÍ (obligatorio) El licitante debe presentar el informe del análisis CRETÍ de los desechos generados de los analizadores ofertados, acreditando que opera bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (si estos se vierten directamente al drenaje). Pregunta: Este estudio se realiza preferentemente al momento de la instalación y con los desechos que se generan en el equipo particular, por lo que solicitamos nos permita ofertar este estudio una vez que se realice la instalación y puesta en marcha de las plataformas. Favor de pronunciarse.</p>	
<p>No. 33.- Referencia: Sección V. Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación. Partida 1 y Partida 2. A2.- Rubro: Experiencia y Especialidad del Licitante. Pregunta: Es correcto entender que los contratos a presentar para acreditar la Experiencia y Especialidad del Licitante serán de la misma naturaleza al objeto de la presente licitación y de iguales o similares características a las solicitadas en la presente convocatoria. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>No. 34.- Referencia: Sección V. Criterios de Evaluación, Dictamen y Adjudicación. Partida 1 y Partida 2. A2.- Rubro: Experiencia y Especialidad del Licitante. "Cartas de recomendación" Pregunta: Es correcto entender que las cartas de recomendación corresponderán a los contratos presentados en el Rubro de Experiencia y Especialidad del Licitante. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	

c).- De carácter legal

Preguntas	Dicipa, S.A. de C.V.	Respuestas
-----		-----

Atentamente

Juan Carlos Pallach Loose
Nombre del representante legal

Representante Legal
Cargo en la empresa

Juan Pallach
Firma



ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: al "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, GASOMETRIAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021"


Ciudad de México, a 26 de Enero de 2021.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales.
Presente.


Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico


Preguntas	Respuestas
<p>Página 89 a 91. Partida "UNO", Inciso "C". Relación de pruebas de Química e Inmunología. Número 42 Troponina I Se solicita a la convocante permita ofertar la prueba de Troponina I de Alta Sensibilidad (High Sensitive) misma que ayuda a diagnosticar el infarto al miocardio y a establecer la estratificación de riesgos de pacientes con síndrome coronario agudo, misma que debe ser considerada como prueba de urgencia, dado la especialidad del Instituto. ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 89 a 91. Partida "UNO", Inciso "C". Relación de pruebas de Química e Inmunología. Números: 41.-NT-pro-BNP y 42.- Troponina I Se solicita a la convocante permita ofertar las prueba de NT-pro-BNP y Troponina I en un analizador robusto, semiautomatizado e independiente del analizador para Química Clínica solicitado en el paquete de pruebas, están 2 pruebas quedarían consideradas como pruebas de Urgencia. ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 71. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología. Punto 1: El Licitante debe proporcionar dos analizadores modulares, de Química Clínica e Inmunología, deben ser integrados, escalables, expandibles y configurables; los analizadores deben ser completamente nuevos, automatizados, idénticos, de la misma marca, de acceso "random" y que procese indistintamente una o varias pruebas a una misma muestra o mismo tubo. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo de Inmunología de distinta marca al analizador de Química Clínica incluida en la misma partida, y que cumplan con las características solicitadas, robustos y nuevos ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 71. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología. Punto 6. Solicita la convocante analizador para Inmunología con principio de medición: electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia.</p>	



<p>Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo para Inmunología con principio de medición con método de inmunoanálisis tipo sándwich de un solo paso con una detección final de fluorescencia (ELFA) ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 72. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 7. Solicita la convocante analizador para marcadores cardiacos con tiempos de reacción no mayor a 15 minutos por electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un analizador para marcadores cardiacos con principio de medición de método de inmunoanálisis tipo sándwich de un solo paso con una detección final de fluorescencia (ELFA) (inmunofluorescencia) con tiempos no mayor a 20 minutos ¿Se acepta?.</p>	
<p>Página 72. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 12. Solicita la convocante un analizador que no exceda de los 20 min en el mantenimiento diario. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un analizador para marcadores cardiacos que realiza por medio de un cono el pipeteo de muestra y reactivos permitiendo así no tener ningún contacto con el fluido y el instrumento, de esta forma el mantenimiento es casi inexistente ya que no hay ningún tubo, jeringa o brazo de toma de muestra ¿Se acepta?.</p>	
<p>Página 72. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 14 . Solicita la convocante con un gasto de agua menor a 70 litros por hora. Solicito a la convocante nos permita ofertar un equipo para marcadores cardiacos que no gaste agua para su procesos, ofreciendo un soporte de pipeteo de muestras y reactivos (incluidos en la prueba unitaria) , mismas que permiten no tener contacto entre el fluido y el analizador y de esta forma un mantenimiento casi inexistente y eliminando una contaminación cruzada ¿Se acepta?.</p>	
<p>Página 72. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 16. Solicita la convocante con un analizador para 300 pruebas en Inmunología. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo para marcadores cardiacos con un rendimiento mínimo de 80 pruebas por hora, respecto a las pruebas de urgencia, NT-proBNP y Troponina I de Alta Sensibilidad. ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 72. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 17 y 18. Solicita la convocante con un analizador con 90 posiciones de reacción y 48 posiciones de reactivo. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un analizador para marcadores cardiacos de prueba unitaria que incluye loa reactivos para cada</p>	



<p>prueba y con 30 posiciones para una corrida simultánea de pruebas, respecto a las pruebas de urgencia, NT-proBNP y Troponina I de Ata Sensibilidad ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 73. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 20. Solicita la convocante con un analizador de pruebas Química Clínica e Inmunología con reactivos a bordo y 60 días de estabilidad. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un analizador para marcadores cardiacos, respecto a las pruebas de urgencia, NT-proBNP y Troponina I de Ata Sensibilidad que incluyen y no requiere reactivos a bordo ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 73. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 21. Solicita la convocante con un analizador con pipeteo de muestra máximo de 60 µl para pruebas de Inmunología. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un analizador para marcadores cardiacos, respecto a las pruebas de urgencia, NT-proBNP y Troponina I de Ata Sensibilidad con volumen de pipeteo máximo de 200 µl sin uso reactivos a bordo ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 73. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 22. Solicita la convocante con un analizador con capacidad de uso de diferentes tubos y copillas en muestras pediátricas para pruebas de Inmunología. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un analizador para marcadores cardiacos, respecto a las pruebas de urgencia, NT-proBNP y Troponina I de Ata Sensibilidad y con la finalidad de optimizar los recursos del Instituto aminorando los consumibles una prueba que cuente con la copa o copilla de muestra incluida en el cartucho de reacción ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 73. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología Punto 31. Solicita la convocante con un analizador con capacidad de uso de diferentes tubos y copillas en muestras pediátricas para pruebas de Inmunología. Con el fin de promover la libre participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un analizador para marcadores cardiacos, respecto a las pruebas de urgencia, NT-proBNP y Troponina I de Ata Sensibilidad que no incluya sistema de refrigeración, dado que el analizador no requiere reactivos a bordo para la realización de las pruebas indicadas ¿Se acepta?</p>	
<p>Página 76. Anexo Técnico "A". Partida "UNO", Inciso "A". Especificaciones de servicio para pruebas de química clínica, inmunología y biometría hemática. Química clínica e inmunología NOTA (1). Solicita la convocante para dar cumplimiento a los puntos solicitados en la partida, evidencia oficial documentada referenciada de Manuales , Catálogos , Insertos, Fichas Técnicas, NO se aceptaran carta de compromiso, lo cual tomarán como No cumplimiento.</p>	



<p>Solicitamos a la convocante, aclara si para los puntos solicitados de la Partida "UNO" Inciso "A", se acepta carta bajo protesta de cumplimiento, los puntos 36, 43, 44, 46, 48, 49, etc., ya que aún no se está adjudicado el licitante ¿Se acepta?</p> <p>De ser rechazada la solicitud de la pregunta, solicito nos indiquen que documentos requieren sean entregados para la aceptación y cumplimiento de los puntos referenciados en la misma, es decir para lograr su referenciación.</p>	
--	--


Atentamente

Liliana Gabriela Juárez Moreno

Nombre del representante legal

Representante Legal

Cargo en la empresa


LILIANA GABRIELA JUÁREZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
BIOMÉRIEUX MEXICO S A DE C.V.

Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en medio magnético(CD ó USB) en programa Word.

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 1.</p> <p>¿Es correcto entender que los equipos ofertados pueden ser modulares, integrados, escalables, expandible o configurables, dependiendo la tecnología ofertada?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 4</p> <p>Solicitamos que la medición de las pruebas ofertadas sea en la muestra recomendada en el inserto del fabricante para brindar una medición óptima de cada analito</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 5</p> <p>Solicitamos que los reactivos puedan ser de la misma marca o compatibles con los equipos ofertados</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 6</p> <p>Solicitamos que para el caso de la medición por fotometría también se considere que se pueda realizar mediante espectrofotometría por reflectancia</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Ortho Clinical Diagnostics

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 7</p> <p>Solicitamos que los tiempos de medición de cada analito sea de acuerdo a lo plasmado por le fabricante, en el entendido de que es el tiempo óptimo para tener un resultado de calidad y teniendo en cuenta que un menor tiempo no necesariamente indica un resultado de mejor calidad</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 9</p> <p>Solicitamos que se permita ofertar un sistema con la capacidad de almacenar hasta 5000 resultados, teniendo en cuenta que esta información también puede ser almacenada mediante el LIS que se esta solicitando</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 12</p> <p>Solicitamos que los mantenimientos sean de acuerdo a lo manifestado por el fabricante ofertado, en virtud de que este proceso es indispensable para el correcto funcionamiento de los sistemas</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 14 y 15</p> <p>¿Es correcto entender que en el caso de ofertar sistemas de química seca estos puntos no aplican?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 16</p> <p>Solicitamos que permita ofertar dos instrumentos de química clínica e inmunología, integrados, que procesan hasta 945 pruebas/hora cada uno y tienen capacidad de procesar muestras de química clínica, electrolitos e inmunología</p>	

Ortho Clinical Diagnostics

¿Se acepta?	
-------------	--

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 17</p> <p>¿es correcto entender que este punto será opcional para el caso de proponer equipos con uso de pruebas individuales y de un solo uso?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 18</p> <p>Solicitamos que permita ofertar un instrumento con capacidad de mas de 100 posiciones de reactivo abordo para química clínica y 31 posiciones para inmunología.</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 20</p> <p>Solicitamos que el tiempo de estabilidad de reactivos abordo sea de acuerdo a lo especificado por el fabricante, teniendo en cuenta que es el indicador del tiempo de uso óptimo de un reactivo par entregar un resultado de calidad</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 21</p> <p>Solicitamos que acepte la oferta de un equipo que utilice máximo 80 µL de muestra para pruebas de química.</p> <p>¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 24</p>	



Ortho Clinical Diagnostics

Solicitamos que la medición de las pruebas ofertadas sea en la muestra recomendada en el inserto del fabricante para brindar una medición óptima de cada analito	
¿se acepta?	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 29	
Solicitamos que acepte la oferta de un UPS de hasta 10 min de respaldo, tiempo suficiente para guardar el trabajo ante una falta de energía eléctrica en el laboratorio	
¿Se acepta?	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 34	
Solicitamos que se permita la oferta de un equipo que trabaja con una temperatura de entre 15-30 °C	
¿Se acepta?	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, numeral 38	
Hay reactivos que por su naturaleza no alcanzan caducidades de 1 año, por lo que solicitamos esta característica solo sea en caso de que la naturaleza del reactivo así lo permita	
¿Se acepta?	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "C", RELACIÓN DE PRUEBAS. QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, TIROXINA T4 CAPTACIÓN	
¿Es correcto entender que esta prueba se refiere a T3 Uptake?	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "C", RELACIÓN DE PRUEBAS. QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, CISTATINA C, TACROLIMUS, CICLOSPORINA, 1-84 PTH, TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD	
Solicitamos acepte como opción que estas pruebas puedan ser procesadas en un laboratorio de referencia	

Ortho Clinical Diagnostics

¿Se acepta?	
-------------	--

Atentamente

Andrés Rabadán López

Nombre del representante legal

Apoderado Legal

Cargo en la empresa



Firma



ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021

Ciudad de México, a 25 de Enero de 2021
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales.
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.-SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.19. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN	
2.-SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.20. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN	
3.-SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.22. ES CORRECTO ENTENDER QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN (FOLLETOS, MANUALES, CATÁLOGOS, INSERTOS, APARTADOS TÉCNICOS, ETC.) DONDE PUEDAN SER APRECIADAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS NUMERALES MENCIONADOS Y QUE PARA EL RESTO DE LOS NUMERALES DE LOS INCISOS "A"	



<p>DEL ANEXO TÉCNICO "A" NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS</p>	
<p>4.-SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.20. EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR Y DEBIDO A QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS NO PUEDEN SER HALLADAS EN LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DONDE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS</p>	
<p>5.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 7. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁ SUFICIENTE LA PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DEL EQUIPO EN DONDE SE ENUNCIE LOS TIEMPOS DE REACCIÓN POR GRUPO DE PRUEBAS O SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS INSERTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS PRUEBAS EN DONDE SE MENCIONE EL TIEMPO DE REACCIÓN DE CADA DETERMINACIÓN</p>	
<p>6.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 7. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿EL TIEMPO DE REACCIÓN ES EL TIEMPO QUE PERMANECEN EL REACTIVO O REACTIVOS INTERACCIONANDO CON LA MUESTRA O EL TIEMPO DESDE QUE SE REALIZA LA PETICIÓN DE ANÁLISIS EN EL EQUIPO HASTA LA EMISIÓN DEL RESULTADO?</p>	
<p>7.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 7. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR METODOLOGÍAS CUYO TIEMPO DE REACCIÓN SEA EL EMITIDO POR EL FABRICANTE PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS, PUES LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA PARA INMUNOLOGÍA Y MARCADORES CARDIACOS ES ÚNICA PARA UNA CASA COMERCIAL LO QUE LÍMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	
<p>8.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 13.</p>	



<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CORRECCIÓN Y LECTURA EN DOBLE LONGITUD DE ONDA LO QUE ELIMINA LAS INTERFERENCIAS MENCIONADAS SIN NECESIDAD DE REALIZAR DETERMINACIONES ESPECIFICAS PARA LAS MISMAS</p>	
<p>9.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 16. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD DE LOS PARÁMETROS DE VELOCIDAD DEL EQUIPO PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, HECHO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ESTE EVENTO. Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON VELOCIDAD DE 800 PRUEBAS POR HORA PARA QUÍMICA CLÍNICA, 400 PRUEBAS POR HORA PARA ELECTROLITOS Y 200 PRUEBAS POR HORA PARA INMUNOLOGÍA</p>	
<p>10.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 17. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD DE 200 CELDAS DE REACCIÓN PARA QUÍMICA CLÍNICA Y PARA INMUNOLOGÍA 90 POSICIONES DE REACCIÓN PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, HECHO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ESTE EVENTO. Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 165 CELDAS DE REACCIÓN PARA QUÍMICA CLÍNICA Y 112 POSICIONES DE REACCIÓN PARA INMUNOLOGÍA</p>	
<p>11.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 18. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD DE 48 POSICIONES DE REACTIVO PARA INMUNOLOGÍA PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, HECHO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ESTE EVENTO. SIENDO QUE SOLO SE ESTÁN SOLICITANDO 18 PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA, EL RESTO DE LAS POSICIONES NO SON NECESARIAS, Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 25 POSICIONES DE REACTIVO PARA INMUNOLOGÍA.</p>	
<p>12.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 19. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARGA DE REACTIVOS MEDIANTE</p>	



<p>UNA SECUENCIA SENCILLA DE COMANDOS EN EL EQUIPO Y QUE SEA CAPAZ DE IDENTIFICARLOS Y CENSAR EL NÚMERO DE PRUEBAS DISPONIBLES.</p>	
<p>13.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 20. DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DE ESTE EVENTO ES POR PRUEBA REALIZADA Y EL PAGO SE REALIZARÁ POR PRUEBA REPORTADA EN EL SISTEMA MODULAB, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS CUYA ESTABILIDAD A BORDO SEA LA EMITIDA POR EL FABRICANTE, COMPROMETIENDONOS A MANTENER EN TODO MOMENTO BIENES SUFICIENTES PARA ASEGURAR LA CONTINUA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DEL INSTITUTO</p>	
<p>14.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 19. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS PARA QUÍMICA CLÍNICA UN 95% LISTOS PARA SU USO</p>	
<p>15.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 21. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON VOLUMENES DE PIPETEO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PARA CADA TIPO DE PRUEBAS, MENORES A 35 MICROLITROS PARA QUÍMICA CLÍNICA Y A 200 MICROLITROS PARA INMUNOLOGÍA, YA QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR UNA CASA COMERCIAL, HECHO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO</p>	
<p>16.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 27. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON PRECISIÓN QUE CLASE DE CERTIFICADO DE CALIDAD REQUIERE DE LOS ANALIZADORES Y EL ALCANCE DE LA VALIDACIÓN SOLICITADA.</p>	
<p>17.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 28. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA ENTREGA DE ESTOS MANUALES DE FORMA ELECTRÓNICA, LO CUAL MEJORA SUSTANCIALMENTE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN POR EL ÁREA USUARIA EN CASO DE REQUERIRLO</p>	



<p>18.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 30. DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DE ESTE EVENTO ES POR PRUEBA REALIZADA Y EL PAGO SE REALIZARÁ POR PRUEBA REPORTADA EN EL SISTEMA MODULAB, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES LA RAZÓN PARA SOLICITAR QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON UN CONTADOR DEL INSTRUMENTO DEL TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS</p>	
<p>19.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 34. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PUEDA OPERAR EN TEMPERATURAS DE HASTA 30°C EN EL AMBIENTE, COMPROMETIENDONOS A ASEGURARNOS DE DE QUE LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA DEL ÁREA DONDE SE INSTALEN LOS ANALIZADORES SEAN LAS IDÓNEAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO</p>	
<p>20.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 38. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>21.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 38. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES NOS ENCONTRAMOS EN IMPOSIBILIDAD DE GARANTIZAR EL MISMO LOTE Y CADUCIDAD AL DESCONOCER QUE CLASE DE CONTROLES SOLICITARÁ EL LABORATORIO</p>	
<p>22.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 39.</p>	



<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>23.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 41. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>24.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 43. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP CUAL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>25.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NOTA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO, POR EJEMPLO 48, 44, 51, ETC. CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS NUMERALES.</p>	
<p>26.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. HEMATOLOGÍA. NUMERAL 8.</p>	



<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON METODOLOGÍAS DE DETECCIÓN DISTINTAS A "SLS" LIBRE DE CIANURO PUES DICHA METODOLOGÍA ES EXCLUSIVA DE UNA SOLA CASA COMERCIAL SITUACIÓN QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO</p>	
<p>27.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. HEMATOLOGÍA. NUMERAL 6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON VELOCIDAD DE HASTA 84 PRUEBAS POR HORA.</p>	
<p>28.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. HEMATOLOGÍA. NUMERAL 9. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE DETECTEN E INFORMEN LA PRESENCIA DE GRANULOCITOS INMADUROS EN LA MUESTRA SI SU RECUENTO SUPERA EL 3% DE LA CUENTA LEUCOCITARIA</p>	
<p>29.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. HEMATOLOGÍA. NUMERAL 10. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE REQUISITO YA QUE DICHA ESPECIFICACIÓN ES EXCLUSIVA DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, HECHO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO</p>	
<p>30.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. HEMATOLOGÍA. NUMERAL 13. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CUYO VOLUMEN DE MUESTRA SEA MENOR A 250 MICROLITROS, FACTOR QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AUTORIZADOS POR COFEPRIS Y COMERCIALIZADOS EN MÉXICO, FAVORECIENDO ASÍ LA COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN ESTA LICITACIÓN</p>	
<p>31.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. HEMATOLOGÍA. NUMERAL 26. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DE FORMA ELECTRÓNICA ESTOS MANUALES, LO CUAL MEJORA SUSTANCIALMENTE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN POR EL ÁREA USUARIA EN CASO DE REQUERIRLO</p>	
<p>32.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS</p>	



<p>DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. HEMATOLOGÍA. NUMERAL 34. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP CUAL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>33.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. NUMERAL 37 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>34.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. NUMERAL 40 QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 39. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>35.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. NUMERAL 42. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	



<p>36.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. NOTA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO, POR EJEMPLO 50, 46, 44, ETC. CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS NUMERALES.</p>	
<p>37.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 13. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LOS VOLUMENES REQUERIDOS PARA LAS MICROPIPETAS NUEVAS</p>	
<p>38.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 15. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA MICROCENTRÍFUGA SOLICITADA, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA</p>	
<p>39.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 16. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS CENTRÍFUGAS SOLICITADAS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA</p>	
<p>40.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 21. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS TERMOHIGRÓMETROS DIGITALES SOLICITADOS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA</p>	

<p>41.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 22.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS QUE SE REQUERIRÁN DURANTE LA CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA Y OBLIGA A LOS LICITANTES A ASUMIR O ESTIMAR SIN DATOS CONTUNDENTES LAS CANTIDADES DE BIENES REQUERIDOS POR EL LABORATORIO CENTRAL</p>	
<p>42.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NUMERAL 32.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS QUE SE REQUERIRÁN DURANTE LA CONTRATACIÓN, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA Y OBLIGA A LOS LICITANTES A ASUMIR O ESTIMAR SIN DATOS CONTUNDENTES LAS CANTIDADES DE BIENES REQUERIDOS POR EL LABORATORIO CENTRAL</p>	
<p>43.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO EN COMODATO, NOTA 1.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO, POR EJEMPLO 24, 25, 23, ETC. CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS NUMERALES. A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE NO SON SOLICITADOS CLARAMENTE POR LA CONVOCANTE COMO LAS CENTRÍFUGAS O LOS TERMÓMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES SERÁN ENTREGADAS ÚNICAMENTE AL LICITANTE ADJUDICADO.</p>	
<p>44.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "C" RELACIÓN DE PRUEBAS. NUMERAL 49.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA DE TROPONINA DE ALTA SENSIBILIDAD QUE REALICE LA CUANTIFICACIÓN DEL ISÓMERO I DE LA TROPONINA, YA QUE HA MOSTRADO EN DISTINTOS ESTUDIOS TENER LA MISMA SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA QUE EL ISÓMERO T, A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE EXISTE SOLAMENTE UNA MARCA EN EL MERCADO QUE REALIZA LA DETERMINACIÓN DE TROPONINA</p>	



<p>T, LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO.</p>	
<p>45.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 4. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON PRECISIÓN QUE CLASE DE CERTIFICADO DE CALIDAD REQUIERE DE LOS ANALIZADORES Y EL ALCANCE DE LA VALIDACIÓN SOLICITADA.</p>	
<p>46.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 14. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	
<p>47.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 15. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	
<p>48.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 26. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON PRECISIÓN QUE CLASE DE CERTIFICADO DE CALIDAD REQUIERE DE LOS ANALIZADORES Y EL ALCANCE DE LA VALIDACIÓN SOLICITADA.</p>	



<p>49.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 36. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	
<p>50.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 41. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP CUAL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>51.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NUMERAL 43. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>52.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. AUTOINMUNIDAD NOTA (1) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE</p>	




<p>LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO, POR EJEMPLO 46, 45, 40, 43 ETC. CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TECNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS NUMERALES.</p>	
<p>53.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. COAGULACIÓN NUMERAL 4. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON PRECISIÓN QUE CLASE DE CERTIFICADO DE CALIDAD REQUIERE DE LOS ANALIZADORES Y EL ALCANCE DE LA VALIDACIÓN SOLICITADA.</p>	
<p>54.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. COAGULACIÓN NUMERAL 19. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	
<p>55.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. COAGULACIÓN NUMERAL 21. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>56.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. COAGULACIÓN NUMERAL 22. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA</p>	



<p>INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>57.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. COAGULACIÓN NUMERAL 24. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>58.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. COAGULACIÓN. NOTA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO, POR EJEMPLO 29, 11, 23, ETC. CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS NUMERALES. A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE NO HAY BIENES DEFINIDOS CON PRECISIÓN, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE OTORGAR INFORMACIÓN TÉCNICA QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS QUE HASTA EL MOMENTO SON DESCONOCIDAS Y QUE SERÁN SOLO ENTREGADAS AL LICITANTE ADJUDICADO.</p>	
<p>59.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. GASOMETRÍAS NUMERAL 4. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CON PRECISIÓN QUE CLASE DE CERTIFICADO DE CALIDAD REQUIERE DE LOS ANALIZADORES Y EL ALCANCE DE LA VALIDACIÓN SOLICITADA.</p>	
<p>60.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. GASOMETRÍAS NUMERAL 27. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL</p>	



<p>SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA CONVOCANTE OBLIGA A LOS LICITANTES A CONOCER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LOS LOTES DE MATERIALES A ENTREGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE SOLAMENTE BENEFICIA AL PRESTADOR DE SERVICIOS ACTUAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>	
<p>61.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. GASOMETRÍAS NUMERAL 30. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>62.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. GASOMETRÍAS NUMERAL 34. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP CUAL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL PUES DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO</p>	
<p>63.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD. GASOMETRÍAS NOTA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO, POR EJEMPLO 21, 25, 31, 36 ETC. CARTAS COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS NUMERALES. A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE NO HAY BIENES DEFINIDOS CON PRECISIÓN, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE OTORGAR INFORMACIÓN TÉCNICA QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS QUE HASTA EL MOMENTO SON DESCONOCIDAS Y QUE SERÁN SOLO ENTREGADAS AL LICITANTE ADJUDICADO.</p>	



<p>64.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" Y "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LAS CANTIDADES DE ESTOS BIENES SON ADITIVAS PARA AMBAS PARTIDAS? SIENDO ASÍ, SOLICITAMOS NOS CONFIRME ¿SERÁ NECESARIO ENTREGAR: 14 EQUIPOS DE COMPUTO CON 500GM DE DISCO DURO Y 14 CON 1TB DE DISCO DURO, ASÍ COMO 2 LAPTOPS, 28 NO BREAK, 8 IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO, 3 MULTIFUNCIONALES NUEVOS A COLOR, 4 IMPRESORAS TÉRMICAS DE CÓDIGO DE BARRAS, 8 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, ETC?</p>	
<p>65.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 13</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LOS VOLUMENES REQUERIDOS PARA LAS MICROPIPETAS NUEVAS</p>	
<p>66.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 15</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS CENTRÍFUGAS SOLICITADAS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA</p>	
<p>67.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 18</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL TERMÓMETRO INFRA-ROJO, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA</p>	
<p>68.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B" OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO NUMERAL 20</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP NOS INDIQUE CON PRECISION LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS TERMOHIGRÓMETROS DIGITALES SOLICITADOS, TODA VEZ QUE AFECTA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE MI REPRESENTADA</p>	



69.-ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "DOS" INCISO "B"
OTROS BIENES QUE EL LICITANTE DEBE ENTREGAR
ADICIONALMENTE, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO
NOTA 1.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA
PARA CUMPLIR CON LOS NUMERALES NO
RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS EQUIPOS O SU FUNCIONAMIENTO, POR
EJEMPLO 29, 20, 19, 23, ETC. CARTAS
COMPROMISO, PUES NO EXISTEN DOCUMENTOS
TÉCNICOS DE NINGUNA NATURALEZA QUE PUEDAN
DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS
NUMERALES. A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE NO
HAY BIENES DEFINIDOS CON PRECISIÓN, POR LO
QUE RESULTA IMPOSIBLE OTORGAR INFORMACIÓN
TÉCNICA QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS
QUE HASTA EL MOMENTO SON DESCONOCIDAS Y
QUE SERÁN SOLO ENTREGADAS AL LICITANTE
ADJUDICADO.

Atentamente


LIC. MA. EUGENIA SANCHEZ
CARMONA

Nombre del representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

Cargo en la empresa

Firma



Instituto Nacional de Cardiología
Dirección de administración

Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-012NCA001-E28-2021

SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA,
INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD,
CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021

Ciudad de México a 26 de Enero de 2021

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCA001-E28-2021

Nombre de la Licitación: "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021"

Ciudad de México, a 26 de Enero de 2021.

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales.
Presente.


Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>Pregunta 1 Punto de las Bases: Numeral 3.12.3. Sección III.; Tercer Párrafo.</p> <p>Pregunta: Entendemos que se calcularán las deducciones por Servicio al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 0.5% sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>Pregunta 2 Punto de las Bases: Sección VI. Numeral 6.14. Proposición Económica.</p> <p>"Propuesta Económica" firmada autógrafamente en la última hoja del documento que lo contenga por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de "Anexo 8.1", de la Sección VIII de la CONVOCATORIA. Se informa que dicho anexo se podrá presentar a renglón seguido, siempre y cuando se encuentre debidamente firmado por la persona legalmente facultada.</p> <p>Pregunta: Se solicita a la convocante la posibilidad de adecuar el "Formato 8.1." ya que conforme al servicio solicitado no comprende los espacios adecuados para la cotización de cada partida, o en su caso nos permita presentar la propuesta económica en formato libre indicando los datos solicitados en el "Formato 8.1." ¿Se acepta?</p>	

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>Pregunta 1 Punto de las Bases: Numeral 1.5. de la Sección I.: Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones. Las Proposiciones folletos, catálogos y demás documentación deberán presentarse únicamente a través del sistema Compranet en idioma español.</p> <p>Pregunta: Les solicitamos que en el caso de que los catálogos, fichas técnicas y/o folletos que se encuentren en algún otro idioma distinto al español nos permitan presentar la traducción simple al español de las hojas referenciadas y ofertadas. ¿Se acepta?</p>	




BIODIST, S.A. DE C.V.

Calle 13 de Septiembre No. 4, Planta Baja, Col. Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11870, Ciudad de México | Tel.: (55) 5482 9910

www.biodist.com

139



Instituto Nacional de Cardiología
Dirección de administración

Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-012NCA001-E28-2021

SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA,
INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD,
CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021

Ciudad de México a 26 de Enero de 2021

<p>Pregunta 2 Punto de las Bases: Numeral 3.2. de la Sección III: Puesta en marcha.</p>	
<p>Pregunta: Se solicita a la convocante ampliar el tiempo de Puesta en marcha del Servicio solicitado. ¿Se acepta?</p>	
<p>Pregunta 3: Punto de las Bases: Numeral 6.13. Proposición Técnica. Solicitada en la Sección VI "Descripción del BIEN" firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que la contenga, según modelo de "Formato 8.1.1.", de la CONVOCATORIA.</p>	
<p>Pregunta: Solicitamos a la convocante la posibilidad de adecuar el "Formato 8.1.1." ya que conforme al servicio solicitado no comprende los espacios para la referenciación y enlistar la descripción de cada partida ofertada, o en su caso nos permita presentar la propuesta técnica en formato libre indicando los datos solicitados en el "Formato 8.1.1." ¿Se acepta nuestra petición?</p>	
<p>Pregunta 4 Punto de las Bases: Numeral 6.22. de la Sección VI</p>	
<p>Pregunta: Entendemos que es permitido presentar únicamente las hojas del manual en donde se referencian los puntos de la ficha técnica solicitada y no todo el manual. Lo cual facilitaría por mucho la revisión. Y entregar el manual completo a la entrega del instrumento. ¿Se acepta?</p>	
<p>Pregunta 5 Referencia: Numeral 6.20. Certificados de Calidad y Hojas de Seguridad. de la Sección VI.</p>	
<p>Pregunta: Solicitamos amablemente nos sea permitido entregar los certificados de calidad y Hojas de seguridad de los reactivos en el momento de la entrega al laboratorio, dado que los certificados de calidad son documentos que se emiten por lote una vez que son terminados de fabricar.</p>	
<p>Pregunta 6 Referencia: Numeral 6.21. Análisis de desechos CRETI de la Sección VI.</p>	
<p>Pregunta: Solicitamos amablemente nos sea permitido entregar el análisis CRETI una vez instalado el instrumento dado que este análisis se realiza por instrumento y en sitio.</p>	

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas


Atentamente

Fernando Ignacio Reyes Cano

Representante Legal

Firma





ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Licitación No. LA-012NCA001-E28-2021 Nombre de la Licitación: PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021"

Tlalnepantla de Baz Edo. de México, a 25 de ENERO de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Dirección de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
1. SECCION IV DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS SERVICIOS A PRESTAR SEAN PRESTADOS EN EL PAÍS Y CUENTEN, POR LO MENOS, CON UN 65% (SESENTA Y CINCO POR CIENTO) DE CONTENIDO NACIONAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y TENER UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES ME PERMITA OFERTAS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
2. SECCION VI DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES NUMERAL 6.4 PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y LOS REACTIVOS ENLISTADOS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (ALEMANIA); JIS (JAPÓN) O EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN; CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRAN OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	

MR

<p>3. PARTIDA "UNO" INCISO "C" RELACION DE PRUEBAS, PRUEBAS QUIMICAS E INMUNOLÓGICAS NUMERO 19 HEMOGLOBINA GLICADA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA REALIZAR ESTA PRUEBA INDEPENDIENTE EN UN EQUIPO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL ANÁLISIS DE LA HEMOGLOBINA GLICADA HBA1C, QUE CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES DE LA NGSP Y LA IFCC, CUYO MÉTODO ANALÍTICO ES LA ELECTROFORESIS CAPILAR COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, SIN QUE ESTO SEA UN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE, Y ASÍ FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL EVENTO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
<p>4. EN CASO EN QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA FAVORABLE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE ELECTROFORESIS CAPILAR EN FASE LÍQUIDA 2. INSTRUMENTO VERSÁTIL: SANGRE TOTAL (TUBO CERRADO CON EDTA), SUERO Y ORINA <ol style="list-style-type: none"> a. ANÁLISIS DE SANGRE TOTAL, SIN PRE-TRATAMIENTOS 3. AMPLIO MENÚ DE PRUEBAS: Hba1c, PROTEÍNAS, PROTEÍNAS HR, INMUNOTIPADO, HEMOGLOBINAS, ORINAS, INMUNOTIPADO DE ORINA Y ALCOHOLISMO CRÓNICO (CDT) 4. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, CON ELEVADA CALIDAD DE RESULTADOS 5. PARÁMETROS OPTIMIZADOS PARA CADA TÉCNICA 6. TECNOLOGÍA DE PERFORACIÓN DE TUBO CERRADO (CAPPYERGING): OPTIMIZA LA PRODUCTIVIDAD Y LA SEGURIDAD DE LA MANIPULACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 7. NO NECESITA DE NINGUNA MANIPULACIÓN ENTRE LA CARGA DE MUESTRAS Y LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 8. EL TUBO PRIMARIO ES IDENTIFICADO MEDIANTE UN SISTEMA DE LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS DE ALTA RESOLUCIÓN, TRAZABILIDAD COMPLETA DESDE EL TUBO PRIMARIO HASTA EL RESULTADO FINAL 9. CARGA CONTINUA 10. INNOVADOR SISTEMA DE MEZCLADO DE TUBO DE FORMA AUTOMÁTICA AL AGITAR E INVERTIR EL RACK. (EVITA EL USO DE AGITADORES O MEZCLADORES DE TUBOS ADICIONALES) 11. GRADIENTE DE LONGITUD DE ONDA DE 200 A 600 NM 12. EQUIPADO CON UNA RED DE 8 CAPILARES EN PARALELO, PERMITE EL TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS A ELEVADA CADENCIA 13. VELOCIDAD: 8 MIGRACIONES SIMULTÁNEAS <ol style="list-style-type: none"> a. HBA1C: 37 MUESTRAS / HORA b. HEMOGLOBINA: 34 MUESTRAS/HORA c. PROTEÍNAS: 80 MUESTRAS/HORA 14. POTENTE E INTERACTIVO PROGRAMA QUE OFRECE RESULTADOS CLAROS Y FÁCILMENTE INTERPRETABLES 15. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE FRACCIONES 16. TRAZABILIDAD DE LOTES Y REACTIVOS 17. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD CON 3 NIVELES POR PROGRAMA Y ESTADÍSTICAS (GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS) 18. EDICIÓN CONDENSADA DE RESULTADOS Y CURVAS 19. ORDEN DE IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS PROGRAMABLE 20. IMPORTACIÓN DE LOS COMENTARIOS A PARTIR DE UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE TEXTOS 21. IMPORTACIÓN Y MEMORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES DE PROTEÍNAS ESPECÍFICAS 22. ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS EN UNA BASE DE DATOS 	<p style="text-align: right;"><i>LR</i></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>




<p>23. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS INTER-LABORATORIOS VÍA MODEM</p> <p>24. PROGRAMA DE ACCESO A LOS RESULTADOS EN REDES INTRA-LABORATORIO</p> <p>25. ARCHIVO ILIMITADO DE DATOS DE PACIENTES.</p> <p>26. POSIBILIDAD DE INTERFAZARSE</p> <p>27. FACILIDAD DE USO Y DISEÑO ADAPTADO A LAS NECESIDADES REALES DEL LABORATORIO</p> <p>28. ROBUSTO, LARGA DURACIÓN DE LOS CAPILARES</p> <p>29. FÁCIL MANTENIMIENTO</p> <p>30. CERTIFICADO NGSP / IFCC PARA HbA1c</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
---	--

Atentamente

Maria del Rocio Avila Balcázar
Nombre del representante legal

Representante Legal
Cargo en la empresa


Firma

ANEXO I FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

LICITACIÓN NO. LA-012NCA001-E28-2021 NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, GASOMETRÍAS Y AUTOINMUNIDAD, CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ 2021".

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:


A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO TERCER VIÑETA.</p> <p>PREGUNTA NO. 1 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS REGISTROS DE TEMPERATURA DEL ALMACÉN DONDE SERÁN RESGUARDADOS LOS INSUMOS INDEPENDIENTEMENTE DE SU LOCACIÓN O PROPIEDAD, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>PREGUNTA NO.2 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR Y OFERTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ALMACÉN DONDE SERÁN RESGUARDADOS LOS BIENES INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROPIEDAD QUE SE OSTENTE. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.4, QUINTA Y SEXTA VIÑETA.</p> <p>PREGUNTA NO. 3 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESENTACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO SERÁ SOLO NECESARIA PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL.?</p>	
<p>NUMERAL 1.2 ... DEBERA UTILIZAR FIRMA ELECTRONICA AVANZADA...</p> <p>PREGUNTA NO.4. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA</p>	


1



<p>PRESENTAR LA PROPUESTA ÚNICAMENTE FIRMANDO LOS MANIFIESTOS EMITIDOS POR MI REPRESENTADA Y/O FORMATOS QUE ASÍ SE INDIQUE, Y EN EL CASO DE LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN COMO SON CATÁLOGOS, MANUALES, REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS DE CALIDAD ETC. NOS PERMITA PRESENTAR SOLO CON RUBRICA. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>1.5 .. LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS... EN IDIOMA ESPAÑOL.</p> <p>PREGUNTA NO. 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR INFORMACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>SECCIÓN V PARTIDA 1 PARTIDA 2. A1, A2, A3 Y A4.</p> <p>PREGUNTA NO.6 DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON INFORMACIÓN LA CUAL PUEDE CUMPLIR PARA LAS DOS PARTIDAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTA INFORMACIÓN UNA SOLA VEZ. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>SECCIÓN V A1 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MULTÍMETRO, TACÓMETRO, TERMÓMETRO LASSER(MOSTRAR CERTIFICADO...</p> <p>PREGUNTA NO. 7. EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS QUE OFERTAMOS NO REQUIERAN DE UN TERMÓMETRO LASSER, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA, PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE LOS MULTÍMETROS Y TACÓMETROS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE RUBRO, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>NUMERAL 6.3 ANEXO "M" ... QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTO...</p> <p>PREGUNTA NO.8 DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN DEL PRESENTE EVENTO HABLA DE "SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS... ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DENTRO DEL ANEXO M, SE CAMBIEN LA PALABRA "BIENES" POR "SERVICIO" ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>2.4 NORMAS DE CALIDAD ... LO CUAL DEBERÁ SER MANIFESTADO POR ESCRITO, EN EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6.4....</p>	



<p>PREGUNTA NO. 9. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MANIFIESTO SOLICITADO APLICA PARA LAS NORMAS NOM-007-SSA3-2011, NOM-052-SEMARNAT-2005 Y NOM-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189-2012, INDICANDO QUE NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EL INSTITUTO CUMPLA CON DICHAS NORMAS?</p>	
<p>NUMERAL 6.4 NOM ISO9001:2015</p> <p>PREGUNTA NO.10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ISO CON EL SIGUIENTE ALCANCE: " COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL EN LABORATORIO CLÍNICO, BANCO DE SANGRE, TOMOGRAFÍA, IMAGENOLOGÍA, MÍNIMA INVASIÓN (OFTALMOLOGÍA, LAPAROSCOPIA, ARTROSCOPIA, ENDOSCOPIA, UROLOGÍA) Y PROCEDIMIENTOS DE HEMODIÁLISIS Y SANITIZACIÓN; EN DONDE SE PUEDE INCLUIR EL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, SERVICIO DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA (MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS), ATENCIÓN DIRECTA (CALL CENTER), ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS EQUIPOS, CAPACITACIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EL PERSONAL ESPECIALIZADO" ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>NUMERAL 6.5 CUENTA DE CORREO...</p> <p>PREGUNTA NO. 11. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁ PRESENTAR MANIFIESTO EN FORMATO LIBRE?</p>	
<p>NUMERAL 6.8 PERSONAL CON CAPACIDADES.</p> <p>PREGUNTA NO. 12 DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA NO CUENTA CON PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO OPCIÓN Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL PRESENTAR CARTA EN FORMATO LIBRE MANIFESTANDO LO ANTES MENCIONADO. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>NUMERAL 6.9 EN SU CASO, PARA LAS MIPYMES...</p> <p>PREGUNTA NO. 13 MI REPRESENTADA NO SE UBICA DENTRO DE NINGÚN RANGO DE ESTRATIFICACIÓN, DEBIDO A QUE SOMOS CONSIDERADOS COMO EMPRESA</p>	



[Handwritten signature]



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

<p>GRANDE, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO OPCIÓN Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL PRESENTAR CARTA EN FORMATO LIBRE MANIFESTANDO LO ANTES MENCIONADO. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>NUMERAL 6.10 PROPOSICIÓN CONJUNTA.</p> <p>PREGUNTA NO. 14 EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PRESENTE PROPUESTA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO OPCIÓN Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL PRESENTAR CARTA EN FORMATO LIBRE MANIFESTANDO LO ANTES MENCIONADO. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>NUMERAL 6.13. 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA" (OBLIGATORIO). DESCRIPCIÓN DEL BIEN":</p> <p>"DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA"</p> <p>PREGUNTA NO. 15 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTA CELDA SE DEBERÁN ANOTAR LA RELACIÓN DE PRUEBAS?, EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE QUE INFORMACIÓN SE DEBER AGREGAR.</p>	
<p>NUMERAL 6.13. 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA" (OBLIGATORIO). DESCRIPCIÓN DEL BIEN":</p> <p>"UNIDAD DE MEDIDA"</p> <p>PREGUNTA NO. 16. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTA CELDA SE DEBERÁN ANOTAR LA PALABRA "PRUEBAS"? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE QUE INFORMACIÓN SE DEBER ANOTAR.</p>	
<p>NUMERAL 6.13. 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA" (OBLIGATORIO). DESCRIPCIÓN DEL BIEN":</p> <p>"CANTIDAD"</p> <p>PREGUNTA NO. 17 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTA CELDA SE DEBERÁN ANOTAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS DE CADA PRUEBA? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE QUE INFORMACIÓN SE DEBER ANOTAR.</p>	



<p>NUMERAL 6.13. 8.1.1. "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA" (OBLIGATORIO). DESCRIPCIÓN DEL BIEN": "PLAZO DE ENTREGA" "GARANTÍA"</p> <p>PREGUNTA NO. 18 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTA CELDA SE PODRÁ ANOTAR LA LEYENDA "SEGÚN BASES"? EN CASO DE SER NEGATIVA MI RESPUESTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PRECISE QUE INFORMACIÓN SE DEBER ANOTAR.</p>	
<p>NUMERAL 6.16. CARTA DE RESPALDO.</p> <p>PREGUNTA NO. 19 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMO OPCIÓN PRESENTAR CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O CARTA DE LA FILIAL EN MEXICO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>NUMERAL 6.20 CERTIFICADOS DE CALIDAD...</p> <p>PREGUNTA NO. 20 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, EL CERTIFICADO SOLICITADO SE REFIERE AL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS EMITIDA POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN O EL CERTIFICADO ISO 13485 A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. FAVOR DE ACLARAR.</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. NUMERAL 6.4, QUINTA Y SEXTA VIÑETA.</p> <p>PREGUNTA NO. 21. ENTENDEMOS QUE PARA LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y LOS REACTIVOS ENLISTADOS EN EL ANEXO TÉCNICO "A", DEBEMOS DE ENTREGAR PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, C.E.E. NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA; FDA (U.S.A.); TÜV (ALEMANIA); JIS (JAPÓN) O EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN; CON SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL Y PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS Y REGISTRO SANITARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	



B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, NUMERAL 8.</p> <p>PREGUNTA NO. 1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿CUÁL ES EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO CENTRAL A FIN DE CONOCER LA COMPATIBILIDAD CON LOS ANALIZADORES A OFERTAR?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, NUMERAL 36.</p> <p>PREGUNTA NO. 2. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES NO SE TIENEN ANTES DE LA ENTREGA; TODA VEZ QUE LOS LOTES CORRESPONDIENTES SE CONOCEN HASTA LA LLEGADA A NUESTROS ALMACENES, Y ESTOS SON SOLICITADOS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, NUMERALES 38 Y 39.</p> <p>PREGUNTA NO.3 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDIQUE CON PRECISIÓN ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS DE COMPARACIÓN INTER-LABORATORIO CON CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SERÁN SOLICITADOS POR EL LABORATORIO CENTRAL, PARA QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA? ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LOS PARTICIPANTES ESTEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN PARTICIPAR Y NO SE VAYAN A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES, ESTO DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY.</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 41. 41. EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO INTERNACIONAL QUE EL LABORATORIO CENTRAL ELIJA, SIGUIENDO LA LOGÍSTICA ESTABLECIDA POR EL LICITANTE DE LOS ENSAYOS DE APTITUD,</p>	



[Handwritten signature]


<p>A PARTIR DEL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.</p> <p>PREGUNTA NO. 4. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN, PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY. ¿CUAL ES EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL?, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, NUMERAL 43.</p> <p>PREGUNTA NO. 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN SOLICITADA, ASÍ COMO EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO?.</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", HEMATOLOGÍA, NUMERAL 26.</p> <p>PREGUNTA NO. 6 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DEBIDO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA COMPRANET, PRESENTAR SOLO LA HOJA U HOJAS DE LOS MANUALES NECESARIAS PARA LA REFERENCIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS NÚMEROS ENLISTADOS EN EL APARTADO 6.22 DE LA CONVOCATORIA, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS MANUALES DE FORMA ELECTRÓNICA EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO (CD O USB), LO CUAL MEJORA SUSTANCIALMENTE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN POR EL ÁREA USUARIA EN CASO DE REQUERIRLO, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", HEMATOLOGÍA, NUMERAL 30.</p> <p>PREGUNTA NO. 7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE ¿CUÁL ES EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO CENTRAL A FIN DE CONOCER LA COMPATIBILIDAD CON LOS ANALIZADORES A OFERTAR.?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", HEMATOLOGÍA, NUMERALES 37 Y 40.</p> <p>PREGUNTA NO. 8 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY.</p>	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>¿CUÁLES SON LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO? LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", HEMATOLOGÍA, NUMERAL 37.</p> <p>PREGUNTA NO. 9. POR LA MISMA NATURALEZA DE LOS MATERIALES DE CONTROL, ES POSIBLE QUE NO SE PUEDA CONTAR CON LA CADUCIDAD DE 3 MESES INDICADA POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE PEDIMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR MATERIALES DE CONTROL CON CADUCIDAD INFERIOR SI FUERA EL CASO, ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", HEMATOLOGÍA, NUMERAL 38.</p> <p>PREGUNTA NO.10. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES NO SE TIENEN ANTES DE LA ENTREGA; TODA VEZ QUE LOS LOTES CORRESPONDIENTES SE CONOCEN HASTA LA LLEGADA A NUESTROS ALMACENES, Y ESTOS SON SOLICITADOS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "UNO", INCISO "A", HEMATOLOGÍA, NUMERAL 42.</p> <p>PREGUNTA NO. 11 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY, ¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL? LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.</p>	



[Handwritten signature]

<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", AUTOINMUNIDAD, NUMERALES 14 Y 36.</p> <p>PREGUNTA NO.12. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES NO SE TIENEN ANTES DE LA ENTREGA; TODA VEZ QUE LOS LOTES CORRESPONDIENTES SE CONOCEN HASTA LA LLEGADA A NUESTROS ALMACENES, Y ESTOS SON SOLICITADOS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", AUTOINMUNIDAD, NUMERAL 22.</p> <p>PREGUNTA NO.13. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA SOLICITUD DE GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS Y WESTGARD HACE REFERENCIA A QUÉ EL ANALIZADOR DEBE CONTAR CON GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS Y REGLAS DE WETSGARD?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", AUTOINMUNIDAD, NUMERAL 43.</p> <p>PREGUNTA NO.14. A FIN DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, ¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTER-LABORATORIO QUE EL INSTITUTO MANEJA?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", COAGULACIÓN, NUMERAL 18.</p> <p>PREGUNTA NO.15 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA DEBIDO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA COMPRANET, ENTREGAR SOLO AL HOJA U HOJAS DE LOS MANUALES NECESARIAS PARA LA REFERENCIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS NÑUMERLAES ENLISTADOS EN EL APARTADO 6.22 DE LA CONVOCATORIA, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS REALIZAR LA ENTREGA DE ESTOS MANUALES DE FORMA ELECTRÓNICA EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO (CD O USB), LO CUAL MEJORA SUSTANCIALMENTE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN POR EL ÁREA USUARIA EN CASO DE REQUERIRLO.¿SE ACEPTA?</p>	

ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", COAGULACIÓN, NUMERAL 19.

PREGUNTA NO. 16

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES NO SE TIENEN ANTES DE LA ENTREGA; TODA VEZ QUE LOS LOTES CORRESPONDIENTES SE CONOCEN HASTA LA LLEGADA A NUESTROS ALMACENES, Y ESTOS SON SOLICITADOS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. ¿SE ACEPTA?

SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).

ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", COAGULACIÓN, NUMERALES 21 Y 22.

PREGUNTA NO.17.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY, ¿CUÁLES SON LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN Y EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERLABORATORIO CON CONTROLES, QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL?, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO

ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", COAGULACIÓN, NUMERAL 24.


PREGUNTA NO.18.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY, ¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO INTERNACIONAL QUE SELECCIONARÁ EL LABORATORIO CENTRAL?, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y EQUITATIVA PARA ESTE EVENTO.




[Handwritten signature]

<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", GASOMETRÍAS, NUMERAL 27.</p> <p>PREGUNTA NO. 19. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES NO SE TIENEN ANTES DE LA ENTREGA; TODA VEZ QUE LOS LOTES CORRESPONDIENTES SE CONOCEN HASTA LA LLEGADA A NUESTROS ALMACENES, Y ESTOS SON SOLICITADOS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", GASOMETRÍAS, NUMERALES 29 Y 30.</p> <p>PREGUNTA NO. 20 A FIN DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, ¿CUÁLES SON LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTER-LABORATORIO QUE MANEJA EL INSTITUTO.?</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA "DOS", INCISO "A", GASOMETRÍAS, NUMERAL 32.</p> <p>PREGUNTA NO. 21. A FIN DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, ¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUE EL INSTITUTO MANEJA?</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.19. CARTA DE TRAZABILIDAD.</p> <p>PREGUNTA NO. 22. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA Y CALIBRADORES NO SE TIENEN ANTES DE LA ENTREGA; TODA VEZ QUE LOS LOTES CORRESPONDIENTES SE CONOCEN HASTA LA LLEGADA A NUESTROS ALMACENES, Y ESTOS SON SOLICITADOS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. ¿SE ACEPTA</p>	



<p>SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.20</p> <p>PREGUNTA NO. 23 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE ENTREGARÁN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, YA QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS REACTIVOS ASIGNADOS NO SE TIENEN ANTES DE LA ENTREGA, DEBIDO A QUE LOS LOTES CORRESPONDIENTES SE CONOCEN HASTA LA LLEGADA DE LOS BIENES A NUESTROS ALMACENES, Y ESTOS SON SOLICITADOS POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>SECCIÓN VI DOCUMENTOS QUE DEBEN DE PRESENTAR LOS LICITANTES. APARTADO 6.22.</p> <p>PREGUNTA NO. 24. ES CORRECTO ENTENDER QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN (FOLLETOS, MANUALES, CATÁLOGOS, INSERTOS, APARTADOS TÉCNICOS, ETC.) DONDE PUEDAN SER APRECIADAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS NUMERALES MENCIONADOS ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA UNO, INCISO "A" QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 42. ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA UNO, INCISO "A" HEMATOLOGÍA. NUMERAL: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 49. ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA DOS, INCISO "A" AUTOINMUNIDAD. NUMERAL: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 48, 50. ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA DOS, INCISO "A" COAGULACIÓN. NUMERAL: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 31, 35. ANEXO TÉCNICO "A", PARTIDA DOS, INCISO "A" GASOMETRÍAS. NUMERAL: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 33. Y QUE PARA EL RESTO DE LOS NUMERALES DE LOS INCISOS "A" DEL ANEXO TÉCNICO "A" NO SERÁ</p>	



ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.
QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 7.

PREGUNTA NO.28.

ESTAS ESPECIFICACIONES SON EXCLUSIVAS DE UNA MARCA COMERCIAL DEL ANALIZADOR COBAS PRO DE LA MARCA ROCHE, Y ESTO VA EN CONTRA DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU ARTÍCULO 29 NUMERAL V, EL CUAL INSTITUYE " LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA" ASÍ COMO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE SU REGLAMENTO, EL CUAL CITA QUE "SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES.

POR LO QUE, CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR METODOLOGÍAS CUYO TIEMPO DE REACCIÓN SEA EL EMITIDO POR EL FABRICANTE PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?

SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).

ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.
QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 13.

PREGUNTA NO.29

ESTAS ESPECIFICACIONES SON EXCLUSIVAS DE UNA MARCA COMERCIAL, DEL ANALIZADOR COBAS PRO DE LA MARCA ROCHE Y ESTO VA EN CONTRA DE LO QUE CONSTITUYE LA SUPRA CITADA LEY EN SU ARTÍCULO 29 NUMERAL V, EL CUAL INSTITUYE " LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN,



CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA" ASÍ COMO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE SU REGLAMENTO EN EL CUAL CITA QUE "SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES.

POR LO QUE, CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CORRECCIÓN Y LECTURA EN DOBLE LONGITUD DE ONDA LO QUE ELIMINA LAS INTERFERENCIAS MENCIONADAS SIN NECESIDAD DE REALIZAR DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS MISMAS. ¿SE ACEPTA?

SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).

ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.
QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 16.

PREGUNTA NO. 30

LOS PARÁMETROS DE VELOCIDAD DEL EQUIPO LAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA MARCA COMERCIAL, DEL ANALIZADOR COBAS PRO DE LA MARCA ROCHE Y ESTO VA EN CONTRA DE LO QUE ESTABLECE LA SUPRA CITADA LEY EN SU ARTÍCULO 29 NUMERAL V, EL CUAL INSTITUYE "LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA" ASÍ COMO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE SU REGLAMENTO EN EL CUAL CITA QUE "SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES.

POR LO QUE, CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN



EQUIPO CON VELOCIDAD DE 800 PRUEBAS POR HORA PARA QUÍMICA CLÍNICA, 400 PRUEBAS POR HORA PARA ELECTROLITOS Y 200 PRUEBAS POR HORA PARA INMUNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).


ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.
QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 17.

PREGUNTA NO.31

LA SOLICITUD DE 200 CELDAS DE REACCIÓN PARA QUÍMICA CLÍNICA Y PARA INMUNOLOGÍA 90 POSICIONES DE REACCIÓN PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA MARCA COMERCIAL, DEL ANALIZADOR COBAS PRO DE LA MARCA ROCHE Y ESTO VA EN CONTRA DE LO QUE ESTABLECE LA SUPRA CITADA LEY EN SU ARTÍCULO 29 NUMERAL V, EL CUAL INSTITUYE "LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA" ASÍ COMO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE SU REGLAMENTO EN EL CUAL CITA QUE "SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES.

POR LO QUE, CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 165 CELDAS DE REACCIÓN PARA QUÍMICA CLÍNICA Y 112 POSICIONES DE REACCIÓN PARA INMUNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?

SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).



ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.
QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 18.

PREGUNTA NO. 32.

LA SOLICITUD DE 48 POSICIONES DE REACTIVO PARA INMUNOLOGÍA PUES DICHAS CIFRAS SOLO PUEDEN SER CUMPLIDAS POR EL ANALIZADOR DE UNA MARCA COMERCIAL, DEL ANALIZADOR COBAS PRO DE LA MARCA ROCHE Y ESTO VA EN CONTRA DE LO QUE ESTABLECE LA SUPRA CITADA LEY EN SU ARTÍCULO 29 NUMERAL V, EL CUAL INSTITUYE "LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA" ASÍ COMO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE SU REGLAMENTO EN EL CUAL CITA QUE "SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EL ESTABLECIMIENTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES.

POR LO QUE, CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE. NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 25 POSICIONES DE REACTIVO PARA INMUNOLOGÍA, SIENDO QUE SOLO SE ESTÁN SOLICITANDO 18 PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA, EL RESTO DE LAS POSICIONES NO SON NECESARIAS. ¿SE ACEPTA?

SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).

ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA.
QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 19.

PREGUNTA NO.33

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS PARA QUÍMICA CLÍNICA UN 95% LISTOS PARA SU USO. ¿SE ACEPTA?

SI MI SOLICITUD SEA CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, LE SOLICITÓ DE LA MANERA MÁS



<p>RESPECTUOSA, TENGA A BIEN, DARME CONTESTACIÓN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DE CONFORMIDAD CON LA SUPRA CITADA LEY (NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA).</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 38.</p> <p>38. EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN SELECCIONADOS POR EL LABORATORIO CENTRAL, PARA QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, GARANTIZANDO EL MISMO NÚMERO DE LOTE Y CADUCIDAD MÍNIMO 1 AÑO.</p> <p>PREGUNTA NO.34. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, INDIQUE CON PRECISIÓN, ¿CUÁLES SERÁN LOS CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN QUE SERÁN SOLICITADOS POR EL LABORATORIO CENTRAL, PARA QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA?</p> <p>ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LOS PARTICIPANTES ESTEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN PARTICIPAR Y NO SE VAYAN A FAVORECER A DETERMINADO LICITANTE O LICITANTES, ESTO DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY.</p>	
<p>ANEXO TÉCNICO "A" PARTIDA "UNO" INCISO "A" ESPECIFICACIONES DE SERVICIO PARA PRUEBAS DE QUÍMICA CLÍNICA, INMUNOLOGÍA Y BIOMETRÍA HEMÁTICA. QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA. NUMERAL 43.</p> <p>43. EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR EL REACTIVO, INSUMOS SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES EN SITIO, DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL SIN QUE ESTO GENERE UN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.</p> <p>PREGUNTA NO. 35. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE CON PRECISIÓN PARA CUMPLIR CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 LA SUPRA CITADA LEY. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LOS ANALIZADORES ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO CENTRAL?, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DICHA INFORMACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LA DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA E IMPIDE A LOS LICITANTES CONTAR CON LA INFORMACIÓN APROPIADA Y</p>	



[Handwritten signature]