



7. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 39 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA.QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCION

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

BOLSA DE 3000 (3 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCIÓN: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, DE UN SOLO SENTIDO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TIPO DE TUBERIA, DIÁMETRO INTERNO DE 6.6 MM, 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS Y TRAMPA DE AROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.5 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA, 3. CONEXIÓN DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESIÓN TIPO HEMBRA DIÁMETRO INTERNO 11 MM, 4. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVAMENTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 CM. TAPA PARA PUERTOS: TANDEM ENTRADA TIPO MACHO, TAPAS PARA PACIENTE, MUESTRAS Y VACIO TIPO HEMBRA CON TRES ESCALONES INTERNOS QUE ASEGUEN EL CIERRE MECÁNICO. REVESTIMIENTO DEL RECIPIENTE DE SUCCIÓN, SUAVE, 3000 CC (3,000 MILILITROS) CÓDIGO DYNDSC3000. PIEZA

8. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 39 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA.QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCION. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, PARA LA CANASTILLA PORTA BOLSA:

Recipiente de succión exterior con revestimiento suave, soporte rojo, tubo de vacío, 3000 cc (3,000 mililitros) El interruptor de encendido y apagado corta la presión de la bomba, tamaño del bote 3000 cc (3,000 mililitros) Color Transparente sin látex de plástico. Código DYNDCL03000. PIEZA

9. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 157 CINTA ADHESIVA, ELÁSTICA EN TODAS DIRECCIONES, ALTAMENTE RESISTENTE, NO POROSA COMFORMABLE E IMPERMEABLE, RESPALDO DE ESPUMA DE CLORURO DE POLIVINILO. CAPACIDAD DE PROPORCIONAR COMPRESIÓN Y ACOLCHONAMIENTO, REMOCION SIN DEJAR RESIDUOS EN LA PIEL DE 5.0 CM (2 PULGADAS) DE ANCHO Y 5 METROS DE LARGO. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Cinta adhesiva transparente. No Estéril. Curad®. Cinta Adhesiva Transparente No Estéril de 2" x 10 YD (5.1 cm x 9.1 m)

10. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 157 CINTA ADHESIVA, ELÁSTICA EN TODAS DIRECCIONES, ALTAMENTE RESISTENTE, NO POROSA COMFORMABLE E IMPERMEABLE, RESPALDO DE ESPUMA DE CLORURO DE POLIVINILO. CAPACIDAD DE PROPORCIONAR COMPRESIÓN Y ACOLCHONAMIENTO, REMOCION SIN DEJAR RESIDUOS EN LA PIEL DE 5.0 CM (2 PULGADAS) DE ANCHO Y 5 METROS DE LARGO. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar en múltiplos de 6 ¿SE ACEPTA?

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000061



11. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 158 CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL GREPE COLOR BEIGE CON LINEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Cinta de autoclave de vapor para instrumentos quirúrgicos, Cinta de esterilización por vapor sin plomo en autoclave, verde, 1 "x 60 yardas (91.44 x 5486.4 cm), Cambio de color distintivo (Verde a Negro) cuando los paquetes se han expuesto a la esterilización a vapor total. El adhesivo de primera calidad garantiza un sellado fuerte. Código MDS200856 PIEZA

12. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 189 CREMA HUMECTANTE. REPARADORA INTENSIVA ENRIQUECIDA CON NUTRIENTES ESENCIALES PARA LA PIEL, DE RÁPIDA ABSORCIÓN QUE MANTENGA LA HUMECTACIÓN DURANTE 24 HORAS PARA AYUDAR A REPARAR Y FORTALECER LA BARRERA DE HUMECTACIÓN DE LA PIEL LIBRE DE ALCOHOL Y LANOLINA QUE NO DEJE SENSACIÓN GRASOSA CON PH ENTRE 5 Y 6. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Crema de silicona Remedy Phytoplex Hydraguard, 4 oz. (118.294 ml)

La fórmula rica en silicona crea una película transpirable y resistente al agua sobre la piel mientras hidrata y nutre; La mezcla de silicona al 24% ayuda a resistir la pérdida de humedad.

Apropiado para el cuidado perineal ya que forma una película resistente al agua sobre la piel

Reduce la apariencia de piel roja, agrietada y escamosa mientras calma la piel seca y con picazón.

Rico en oleosomas: aceites de cártamo encapsulados naturalmente que se liberan con el tiempo.

Suficientemente suave para usar en la piel más frágil, adecuado para diabéticos y geriátricos.

Más información sobre la crema de silicona hipoalérgica Phytoplex Hydraguard de Remedy cuidado de la piel compatible con CHG, tipo de contenedor tubo, ingredientes mejorados phytoplex fragancia vainilla, sin látex, ingrediente principal mezcla de silicona al 24% tamaño 118 ml, código MSC092534 PIEZA

13. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 235 FUNDA PARA MESA MAYO DE 58 X 137 CM ESTERIL DESECHABLE CON LA CUBIERTA PROTECTORA PLASTICA, QUE EL EMPAQUE CONSERVE LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO, SEA FACIL DE ABRIR Y TENGA LOS SIGUIENTES DATOS FECHA DE CADUCIDAD Y POR QUE MEDIO FUE ESTERILIZADO, PRESENTACION CAJA CON 60 PIEZAS

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Funda de mesa Mayo, estéril, El material SMS de alta calidad proporciona una protección de barrera excepcional (el doble de la presión hidrostática de la tela Eclipse) sin sacrificar la comodidad o la suavidad, La tela SMS une tres capas de tela, una capa de soplado en fusión densamente empaquetada intercalada entre capas externas de hilado fuerte, para proporcionar repelencia a los fluidos. La tecnología Reicofil ofrece una mayor uniformidad y capacidad de drapeado de la tela, tipo de tela SMS, sin látex, desechable. Código DYNJP2500.

14. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 235 FUNDA PARA MESA MAYO DE 58 X 137 CM ESTERIL DESECHABLE CON LA CUBIERTA PROTECTORA PLASTICA, QUE EL EMPAQUE CONSERVE LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO, SEA FACIL DE ABRIR Y TENGA LOS SIGUIENTES DATOS FECHA DE CADUCIDAD Y POR QUE MEDIO FUE ESTERILIZADO, PRESENTACION CAJA CON 60 PIEZAS

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar dos cajas con 30 piezas c/u, para cumplir con el requerimiento de las 60 piezas ¿se acepta?

15. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 237 GUANTE PARA CIRUGIA ESTERIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCION EN LAS INTERVENCIONES

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888



QUIRURGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTIMETRO DE ANCHO MAXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACION EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTEN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACION, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACION EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR .10MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM + - 6. PAR

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Guantes Quirúrgicos de Látex Triumph®, Medida 6.0 Guantes quirúrgicos, blancos, de textura ligera, con puno anti deslizamiento redondeado y forma anatómica con dedos curvos, estériles, libres de polvo, elaborados de látex de caucho natural, con una longitud promedio de 295 mm.

Envase primario: sobre de papel laminado con 2 guantes (PAR)

16. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 238 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 61/2 CAJA CON 50 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, Estériles, Sensicare® con Aloe, sin Polvo. Medida 6.5 Guantes quirúrgicos estériles, lisos, de color blanco, con puno antideslizamiento redondeado, anatómico y dedos curvos, libres de polvo, recubiertos con Aloe Vera, elaborados de goma sintética de Poliisopreno (libre de látex), con longitud promedio de 295 mm. Código MSG1065,

17. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 238 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 61/2 CAJA CON 50 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, Estériles, Sensicare® con Aloe, sin Polvo. Medida 6.5 Guantes quirúrgicos estériles, lisos, de color blanco, con puno antideslizamiento redondeado, anatómico y dedos curvos, libres de polvo, recubiertos con Aloe Vera, elaborados de goma sintética de Poliisopreno (libre de látex), con longitud promedio de 295 mm. Código MSG1065

18. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 238 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 61/2 CAJA CON 50 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar una caja con 25 pares, para cumplir con el requerimiento de las 50 piezas ¿se acepta?

19. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 239 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 7 CAJA CON 50 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, Estériles, Sensicare® con Aloe, sin Polvo. Medida 7.0 Guantes quirúrgicos estériles, lisos, de color blanco, con puno antideslizamiento redondeado, anatómico y dedos curvos, libres de polvo, recubiertos con Aloe Vera, elaborados de goma sintética de Poliisopreno (libre de látex), con longitud promedio de 295 mm. Código MSG1070

20. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 239 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 7 CAJA CON 50 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar una caja con 25 pares, para cumplir con el requerimiento de las 50 piezas ¿se acepta?

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000063



21. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 240 GUANTES DESECHABLE NITRILO 71/2 ESTERILES CAJA CON 50 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, Estériles, Sensicare® con Aloe, sin Polvo. Medida 7.5 Guantes quirúrgicos estériles, lisos, de color blanco, con puno antideslizamiento redondeado, anatómico y dedos curvos, libres de polvo, recubiertos con Aloe Vera, elaborados de goma sintética de Poliisopreno (libre de látex), con longitud promedio de 295 mm. Código MSG1075

22. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 240 GUANTES DESECHABLE NITRILO 71/2 ESTERILES CAJA CON 50 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar una caja con 25 pares, para cumplir con el requerimiento de las 50 piezas ¿se acepta?

23. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 330 POMADA CON EFECTO ANTIMICROBIANO AMPLIO ESPECTRO DE SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA AL 1%. TRATAMIENTO LOCAL DE LAS HERIDAS Y ULCERAS QUE FAVORECE LA ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS QUE RETRASAN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN. PRESENTACIÓN EN TUBO DE 60 GR. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Gel Antimicrobiano para Heridas SilvaSorb® Gel, Gel antimicrobiano de plata para heridas, es un gel amorfo que contiene plata iónica para utilizarse específicamente para controlar la carga bacteriana, Producto acondicionado en Tubo de Polietileno de Alta Densidad (empaquete primario) y Caja de cartón (empaquete secundario), código MSC9303EP Gel Antimicrobiano para Heridas. No Estéril. Tubo con 3 onzas. (88.7206 ml) PIEZA

24. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 333 PROTECTOR CUTANEO EN TOALLITA, QUE FAVOREZCA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL Y ADECUADA ADHESIVIDAD DE LOS APOSITOS QUE SE UTILIZAN PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVOS INVASIVOS, QUE SEAN LIBRES DE ALCOHOL Y QUE NO DEJEN RESIDUOS EN TEXTILES E INSTRUMENTAL, LA CAPA PROTECTORA DEBE SER FACIL DEL RETIRO PARA NO IRRITAR LA PIEL DEL PACIENTE. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. MEDFIX®. Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. Producto Estéril por óxido de Etileno. Producto desechable y de un solo uso. Código MSC4004 Cinta para Sujeción de Apósitos y Tubos de Alimentación de 10.16 cm x 10.05 mts. PIEZA

25. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 334 PROTECTOR CUTANEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Crema protectora de silicona Hydraguard-D de terapia intensiva para la piel Remedy, Crema protectora de silicona Remedy Phytoplex Hydraguard, 2 oz. Phytoplex es una mezcla patentada de ingredientes botánicos para nutrir la piel. La fórmula de dimeticona al 12.5% crea una película transpirable, calmante e hidratante. Resistente al agua Rico en oleosomas: aceites de cártamo encapsulados naturalmente que se liberan con el tiempo. Suficientemente suave para usar en la piel más frágil. ingrediente activo dimeticona, área de aplicación todo el cuerpo-perineal, cuidado de la piel compatible con CHG, color blanco tipo de contenedor tubo, ingredientes mejorados phytoplex sin fragancia, sin látex, tamaño 59 ml código MSC092562 PIEZA

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000064



26. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 345 ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. MEDFIX®. Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. Producto Estéril por óxido de Etileno. Producto desechable y de un solo uso. Código MSC4004 Cinta para Sujeción de Apósitos y Tubos de Alimentación de 10.16 cm x 10.05 mts. PIEZA

27. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 346 ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. MEDFIX®. Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. Producto Estéril por óxido de Etileno. Producto desechable y de un solo uso. Código MSC4002 Cinta para Sujeción de Apósitos y Tubos de Alimentación de 5.08 cm x 10.05 mts. PIEZA

28. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 367 SHAMPOO PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGUE QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Gorra con champú y acondicionador libre de enjuague con fragancia, Prehumedecido gorra con champú y acondicionador sin enjuague para limpiar y acondicionar el cabello, sistema desechable de un solo uso, La fórmula tiene un pH equilibrado, es hipoalergénica y no contiene alcohol, sin alcohol, área de aplicación cabello y cuero cabelludo, sin látex código MSC095230 y Toallita de limpieza corporal antibacteriana, con fragancia, paquete de 8 Prehumedecido con una fórmula sin enjuague de pH equilibrado que limpia, hidrata, acondiciona la piel Hipoalergénico y sin alcohol. De un solo uso para ayudar a reducir los riesgos de contaminación cruzada. código MSC095104 PIEZA

29. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 382 SOLUCIÓN DE CLORHEXIDINA AL 2% EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. ANTISÉPTICO DE AMPLIO ESPECTRO CON ACCIÓN RÁPIDA Y PROLONGADA. SE UTILIZA PARA REALIZAR ASEPSIA DE LA PIEL PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS VASCULARES. FRASCO 40 ML. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LO SIGUIENTE:

Toallita limpiadora para la piel no estéril. ReadyPrep CHG Medline®. Código MSC098CHG Toallitas Húmedas Preoperatorias impregnadas de Gluconato de Clorhexidina al 2%, equivalente a 500 mg de Gluconato de Clorhexidina por Toallita. Medidas 22.9 cm x 26.7 cm. Bolsa con 2 Toallitas

30. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 384 Sonda VESICAL 100% SILICON 14 FR., 2 VIAS, CON GLOBO 30 CC. ESTERIL, CON ADAPTADOR PARA JERINGA. SIN COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR EL FLUJO DE ORINA AL MOMENTO DE COLOCACIÓN, QUE TENGA UNA DURABILIDAD HASTA DE 30 DÍAS SIN PÉRDIDA DE LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Catéter Foley de Látex cubierto de Elastómero de Silicón Medline, Catéter tubular y balón (Foley) o sonda vesical que es retenida en la vejiga por un globo que se infla con líquido, fabricado con látex con cobertura de silicón

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000065



(elastómero) de grade médico que evita que sea "pegajoso", código DYND11774 Foley de 2 Vías, 30 cc Tamaño 14 Fr, Empaque primario: Blíster de PVC/ papel con 1 pieza.

31. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 389 Sonda Vesical PEDIATRICA SILICON DE 6FR. , CON GUIA, 2 VIAS, CON GLOBO 1.5 CC. ESTERIL. SIN COLOR QUE PERMITA VISUALIZAR EL FLUJO DE ORINA AL MOMENTO DE COLOCACIÓN, QUE TENGA UNA DURABILIDAD HASTA DE 30 DÍAS SIN PÉRDIDA DE LA INTEGRIDAD DEL MATERIAL. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Catéter Foley de látex cubierto de Elastómero de Silicón Medline, Catéter tubular y balón (Foley) o sonda vesical que es retenida en la vejiga por un globo que se infla con líquido, fabricado con látex con cobertura de silicón (elastómero) de grade médico que evita que sea "pegajoso", código DYND11706 Foley de 2 vías. 3 cc Tamaño 6 Fr, Empaque primario: Blíster de PVC/ papel con 1 pieza.

32. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 390 SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGASTRICOS O DE ALIMENTACION DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOCIMETILCELULOSA, PRESENTACION, CAJA CON 20 PIEZAS.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. MEDFIX®. Cinta para sujeción de apósitos y tubos de alimentación. Producto Estéril por óxido de Etileno. Producto desechable y de un solo uso. Código MSC4004 Cinta para Sujeción de Apósitos y Tubos de Alimentación de 10.16 cm x 10.05 mts. PIEZA

33. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 397 TOALLAS DESECHABLES CON ANTISEPTICO DE AMPLIO ESPECTRO, CON ACCION INTERMEDIA Y PROLONGADA PARA ASEO DEL PACIENTE, LIBRE DE ENJUAGUE CON HUMECTANTES COMPATIBLES CON CLORHEXIDINA. BOLSA CON DIEZ TOALLAS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Toallita limpiadora para la piel no estéril. ReadyPrep CHG Medline®. Código MSC098CHG Toallitas Húmedas Preoperatorias impregnadas de Gluconato de Clorhexidina al 2%, equivalente a 500 mg de Gluconato de Clorhexidina por Toallita. Medidas 22.9 cm x 26.7 cm. Envoltura plástica con 3 Bolsas con 2 Toallitas cada una, No Estériles, Desechables, Libres de látex.

34. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 397 TOALLAS DESECHABLES CON ANTISEPTICO DE AMPLIO ESPECTRO, CON ACCION INTERMEDIA Y PROLONGADA PARA ASEO DEL PACIENTE, LIBRE DE ENJUAGUE CON HUMECTANTES COMPATIBLES CON CLORHEXIDINA. BOLSA CON DIEZ TOALLAS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permita entregar 5 paquetes con 2 toallas c/u, para cumplir con el requerimiento de bolsa con 10 toallas ¿se acepta?

35. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 415 UNGÜENTO DE COLAGENASA Y CLORANFENICOL SE UTILIZA PARA DESBRIDAMIENTO ENZIMATICO DE LOS TEJIDOS NECROSADOS, AUXILIAR EN CUALQUIER PROCESO DE CICATRIZACIÓN QUE REQUIERA ACELERAR LA LIMPIEZA. PIEZA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Apósito de Hidrogel, Skintegrit® Producto no estéril. Producto desechable y de un solo uso

Código MSC6102, Apósito de Hidrogel para el cuidado de heridas externas. No estéril. Tubo con 1 onza. (29.5735 ml) PIEZA

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000066



36. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 419 VENDA COHESIVA DE NYLON Y POLIURETANO, USADA PARA UN SOPORTE LIGERO O DE BAJA COMPRESION, FLEXIBLE, LIGERA Y MOLDEABLE , SE ADHIERE A SI MISMA POR LO QUE NO REQUIERE DE CLIPS O SUJETADORES, COMPOSICION A BASE DE NYLON E HILADOS ELASTOMERICOS DE POLIURETANO, LIBRE DE LATEX , 5 CM X 4.5 M. PIEZA
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Venda elástica de compresión ligera UNNA-Z®, Producto no Estéril. Producto desechable. Código NONUNNA3 Venda de Compresión Ligera de 3" x 10YD (7.6 cm x 9.1 m). No Estéril. PIEZA

37. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 421 ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGIA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACION CAJA CON 150 PIEZAS
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
Cubrecazado Desechable Medline®. Producto no estéril Producto desechable y de un solo uso
Código NON28758 Cubrecazado desechable repelente a los líquidos, suela anti-derrapante tamaño mediano.

38. ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 421 ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGIA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACION CAJA CON 150 PIEZAS
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permita entregar UNA caja con 300 piezas, para cumplir con el requerimiento de DOS cajas con 150 piezas ¿se acepta?

39. Documento 6.3 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.
Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.
Evaluación:
Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas en el numeral 2.4, para los BIENES ofertados
ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR EN FORMATO LIBRE ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN INDICANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD UNICAMENTE LAS NORMAS QUE CUMPLE DE ACUERDO A LAS PARTIDAS OFERTADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

40. Documento 6.7. PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES 6.7. Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.
Evaluación:
Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

Medline México S. de R.L. de C.V.
RFC: MME 060222 ID2
Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12
Col. Tlacoquemecatl del Valle
C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5335-0888



ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR EN FORMATO LIBRE ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN INDICANDO LA LEYENDA DE "NO APLICA", EN CASO QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES Y LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

41. Documento 6.9 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, 6.9 Proposición Conjunta, En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS "C" y "D" de la CONVOCATORIA.

ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR EN FORMATO LIBRE ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN INDICANDO LA LEYENDA DE "NO APLICA", EN CASO QUE EL LICITANTE NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA Y LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

42. ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS, Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico "A", presentando escrito libre a través del cual se describirá entre otros el número de partida y la descripción a la que corresponde la muestra física entregada.

Las muestras presentadas deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el citado Anexo Técnico, así como con las precisiones que se realicen en la(s) junta(s) de aclaraciones, y deberán de entregarse enlistadas debidamente identificadas con una etiqueta señalando el número de partida, número de licitación, descripción del artículo y el nombre del LICITANTE por escrito En Formato Libre preferentemente en papel membretado del licitante. Asimismo, los licitantes deberán proporcionar en medio electrónico CD-R y/o dispositivo USB, en formato Excel la relación de las partidas entregadas.

Además, los LICITANTES deberán incluir en el sobre que contenga su PROPOSICIÓN electrónica, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto) y copia del acuse de recibo expedido por el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería del Instituto que reciba las muestras FÍSICAS en el que conste la recepción de muestras.

ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN: CATÁLOGOS O, FOLLETOS, O FICHAS TÉCNICAS, ¿Es correcta nuestra apreciación?

43. Documento 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, indicando las partidas que se respaldan.

Evaluación:

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000068



Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR PARA PODER CUMPLIR CON ESTE NUMERAL: CARTA DE RESPALDO EMITIDA POR MI REPRESENTADA INCLUYENDO LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN OTORGADA POR EL FABRICANTE, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SOMOS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO DEL FABRICANTE Y TITULARES DE LOS REGISTROS SANITARIOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

44. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONFIRMAR ¿CUANTAS UNIDADES DE CANASTILLA PORTA BOLSA SE REQUIEREN, PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 37, 38 Y 39?

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021

Atentamente,

ÁNGEL ALBERTO GRANADOS RESENDIZ
REPRESENTANTE LEGAL
MEDLINE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888



ANEXO I
FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Licitación No. LA-012NCA001-E873-2021

Nombre de la Licitación: "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 2021"

Ciudad de México, a 06 de octubre de 2021

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dirección de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales.
Presente.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

Documento 6.3 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, 6.3.- Copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas (obligatorio), especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, así como el de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas.

Este documento será presentado por el LICITANTE en formato libre preferentemente en papel membretado del licitante identificando el número y el nombre de la Licitación.

Evaluación:

Se verificará que el documento esté firmado y que señale las normas solicitadas en el numeral 2.4, para los BIENES ofertados

1. Preguntas	Respuestas
ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR EN FORMATO LIBRE ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN INDICANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ÚNICAMENTE LAS NORMAS QUE CUMPLE DE ACUERDO A LAS PARTIDAS OFERTADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	

Documento 6.7. PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES 6.7. Personal con Capacidades Diferentes (obligatorio para los licitantes que deseen recibir la preferencia), Escrito libre mediante el cual, en su caso el LICITANTE indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Evaluación:

Se verificará que dicho documento esté firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado se apegue a lo solicitado. Asimismo, se verificará con el (los) aviso(s) de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses.

2. Preguntas	Respuestas
--------------	------------

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888



ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR EN FORMATO LIBRE ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN INDICANDO LA LEYENDA DE "NO APLICA", EN CASO QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES Y LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
---	--

Documento 6.9 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, 6.9 Proposición Conjunta, En su caso, convenio firmado por cada una de las personas que integren una Proposición Conjunta, (obligatorio únicamente para los licitantes que deseen recibir la preferencia), indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Evaluación:

Se verificará que dicho convenio contenga los requisitos en listados en el punto referido; que la proposición se encuentre firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas y que el manifiesto de no existir impedimento para participar y la declaración de integridad de cada uno de sus miembros se acompañe y corresponda en lo general a lo solicitado en los ANEXOS "C" y "D" de la CONVOCATORIA.

3. Preguntas	Respuestas
ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR EN FORMATO LIBRE ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN INDICANDO LA LEYENDA DE "NO APLICA", EN CASO QUE EL LICITANTE NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA Y LO ANTERIOR NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	

ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS, Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico "A", presentando escrito libre a través del cual se describirá entre otros el número de partida y la descripción a la que corresponde la muestra física entregada.

Las muestras presentadas deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el citado Anexo Técnico, así como con las precisiones que se realicen en la(s) junta(s) de aclaraciones, y deberán de entregarse enlistadas debidamente identificadas con una etiqueta señalando el número de partida, numero de licitación, descripción del artículo y el nombre del LICITANTE por escrito En Formato Libre preferentemente en papel membretado del licitante. Asimismo, los licitantes deberán proporcionar en medio electrónico CD-R y/o dispositivo USB, en formato Excel la relación de las partidas entregadas.

Además, los LICITANTES deberán incluir en el sobre que contenga su PROPOSICIÓN electrónica, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto) y copia del acuse de recibo expedido por el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería del Instituto que reciba las muestras FÍSICAS en el que conste la recepción de muestras.

4. Preguntas	Respuestas
--------------	------------

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000071



ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR ESTE NUMERAL BASTARÁ CON PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN: CATÁLOGOS O, FOLLETOS, O FICHAS TÉCNICAS, ¿Es correcta nuestra apreciación?	
---	--

ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS, Los LICITANTES deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada, como parte de su propuesta técnica, señalando el número de partida y la descripción a la que corresponde de acuerdo al Anexo Técnico "A", presentando escrito libre a través del cual se describirá entre otros el número de partida y la descripción a la que corresponde la muestra física entregada.

Las muestras presentadas deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el citado Anexo Técnico, así como con las precisiones que se realicen en la(s) junta(s) de aclaraciones, y deberán de entregarse enlistadas debidamente identificadas con una etiqueta señalando el número de partida, numero de licitación, descripción del artículo y el nombre del LICITANTE por escrito En Formato Libre preferentemente en papel membretado del licitante. Asimismo, los licitantes deberán proporcionar en medio electrónico CD-R y/o dispositivo USB, en formato Excel la relación de las partidas entregadas.

Además, los LICITANTES deberán incluir en el sobre que contenga su PROPOSICIÓN electrónica, la ficha técnica del producto ofertado con una descripción detallada del mismo (de su producto) y copia del acuse de recibo expedido por el Departamento de Gestión Clínica de Enfermería del Instituto que reciba las muestras FÍSICAS en el que conste la recepción de muestras.

5. Preguntas	Respuestas
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR, COPIA SIMPLE DEL CATÁLOGO EN ESPAÑOL, ÚNICAMENTE PARA LAS HOJAS DONDE SE ENCUENTRE LA DESCRIPCIÓN DEBIDAMENTE REFERENCIADA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

Documento 6.16.- Carta de Respaldo del fabricante y/o mayorista, (Obligatorio para los LICITANTES que sean Distribuidores), en papel preferentemente membretado del mismo, que contenga domicilio, teléfono, firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello del fabricante, en donde lo respalde para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Licitación, indicando las partidas que se respaldan.

Evaluación:

Se verificará que dicha carta esté firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello y que lo manifestado cumpla con lo solicitado. LA CONVOCANTE tendrá la facultad de verificar la veracidad de los datos contenidos en dicho documento.

6. Preguntas	Respuestas
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR PARA PODER CUMPLIR CON ESTE NUMERAL: CARTA DE RESPALDO EMITIDA POR MI REPRESENTADA INCLUYENDO LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN OTORGADA POR EL FABRICANTE, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SOMOS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO DEL FABRICANTE Y TITULARES DE LOS REGISTROS SANITARIOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	

b).- De carácter técnico

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000072



ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 14 ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5ML. LA AMPOLLETA DE FACIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTERIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FACIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTERIL. CAJA

7. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REQUIERE, ¿CAJA CON CUANTAS PIEZAS? FAVOR DE ACLARAR	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 14 ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48HRS. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5ML. LA AMPOLLETA DE FACIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTERIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FACIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTERIL. CAJA

8. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LO SIGUIENTE: Toallita limpiadora para la piel no estéril. ReadyPrep CHG Medline®. Código MSC098CHG Toallitas Húmedas Preoperatorias impregnadas de Gluconato de Clorhexidina al 2%, equivalente a 500 mg de Gluconato de Clorhexidina por Toallita. Medidas 22.9 cm x 26.7 cm. Bolsa con 2 Toallitas	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 37 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCION. PIEZA

9. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BOLSA DE 1000 ML (1 LITRO) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCIÓN: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIREFLUJO, DE UN SOLO SENTIDO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6.6 MM, 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE	

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000073



POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS Y TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICRO PARTICULAS DE HASTA 0.5 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA, 3. CONEXIÓN DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESIÓN TIPO HEMBRA DIAMETRO INTERNO 11 MM, 4. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVANTE DE DIAMETRO INTERNO DE 2.6 CM. TAPA PARA PUERTOS: TANDEM ENTRADA TIPO MACHO, TAPA PARA PACIENTE, MUESTRAS Y VACIO TIPO HEMBRA CON TRES ESCALONES INTERNOS QUE ASEGUEN EL CIERRE MECÁNICO. REVESTIMIENTO DEL RECIPIENTE DE SUCCIÓN, SUAVE, 1000 CC (1,000 MILILITROS) CÓDIGO DYNDSCCL1000. PIEZA

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 37 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCION. PIEZA

10. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, PARA LA CANASTILLA PORTA BOLSA: Recipiente de succión exterior con revestimiento suave, soporte rojo, tubo de vacío, 1000 cc (1,000 mililitros) El interruptor de encendido y apagado corta la presión de la bomba, tamaño del bote 1500 cc (1,500 mililitros) Color Transparente sin látex de plástico. Código DYNDCL01000. PIEZA	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 38 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCION. PIEZA

11. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BOLSA DE 1500 ML (1.5 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU	

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000074



FUNCIÓN: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, DE UN SOLO SENTIDO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TIPO DE TUBERIA, DIÁMETRO INTERNO DE 6.6 MM, 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS Y TRAMPA DE AROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.5 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA, 3. CONEXIÓN DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESIÓN TIPO HEMBRA DIÁMETRO INTERNO 11 MM, 4. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVAMENTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 CM. TAPA PARA PUERTOS: TANDEM ENTRADA TIPO MACHO, TAPAS PARA PACIENTE, MUESTRAS Y VACIO TIPO HEMBRA CON TRES ESCALONES INTERNOS QUE ASEGUREN EL CIERRE MECÁNICO. REVESTIMIENTO DEL RECIPIENTE DE SUCCIÓN, SUAVE, 1500 CC (1,500 MILILITROS). CÓDIGO DYNDSC1500. PIEZA	
--	--

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 38 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCION. PIEZA

12. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, PARA LA CANASTILLA PORTA BOLSA: Recipiente de succión exterior con revestimiento suave, soporte rojo, tubo de vacío, 1500 cc (1,500 mililitros) El interruptor de encendido y apagado corta la presión de la bomba, tamaño del bote 1500 cc (1,500 mililitros) Color Transparente sin látex de plástico. Código DYNDCL01500. PIEZA	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 39 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA.QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCION

13. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: BOLSA DE 3000 (3 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN	

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000075



DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCIÓN: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, DE UN SOLO SENTIDO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TIPO DE TUBERIA, DIÁMETRO INTERNO DE 6.6 MM, 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS Y TRAMPA DE AROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.5 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA, 3. CONEXIÓN DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESIÓN TIPO HEMBRA DIÁMETRO INTERNO 11 MM, 4. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVAMENTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 CM. TAPA PARA PUERTOS: TANDEM ENTRADA TIPO MACHO, TAPAS PARA PACIENTE, MUESTRAS Y VACIO TIPO HEMBRA CON TRES ESCALONES INTERNOS QUE ASEGUREN EL CIERRE MECÁNICO. REVESTIMIENTO DEL RECIPIENTE DE SUCCIÓN, SUAVE, 3000 CC (3,000 MILILITROS) CÓDIGO DYNDSC3000. PIEZA	
---	--

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 39 BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERA INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA.QUE NO SE ROMPAN FACILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMETICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCION. PIEZA

14. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN, PARA LA CANASTILLA PORTA BOLSA: Recipiente de succión exterior con revestimiento suave, soporte rojo, tubo de vacío, 3000 cc (3,000 mililitros) El interruptor de encendido y apagado corta la presión de la bomba, tamaño del bote 3000 cc (3,000 mililitros) Color Transparente sin látex de plástico. Código DYNDCL03000. PIEZA	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 157 CINTA ADHESIVA, ELÁSTICA EN TODAS DIRECCIONES, ALTAMENTE RESISTENTE, NO POROSA CONFORMABLE E IMPERMEABLE, RESPALDO DE ESPUMA DE CLORURO DE POLIVINILO. CAPACIDAD DE PROPORCIONAR COMPRESIÓN Y ACOLCHONAMIENTO, REMOCION SIN DEJAR RESIDUOS EN LA PIEL DE 5.0 CM (2 PULGADAS) DE ANCHO Y 5 METROS DE LARGO. PIEZA

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000076



15. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Cinta adhesiva transparente. No Estéril. Curad®. Cinta Adhesiva Transparente No Estéril de 2" x 10 YD (5.1 cm x 9.1 m)	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 157 CINTA ADHESIVA, ELÁSTICA EN TODAS DIRECCIONES, ALTAMENTE RESISTENTE, NO POROSA COMFORMABLE E IMPERMEABLE, RESPALDO DE ESPUMA DE CLORURO DE POLIVINILO. CAPACIDAD DE PROPORCIONAR COMPRESIÓN Y ACOLCHONAMIENTO, REMOCION SIN DEJAR RESIDUOS EN LA PIEL DE 5.0 CM (2 PULGADAS) DE ANCHO Y 5 METROS DE LARGO. PIEZA

16. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar en múltiplos de 6 ¿SE ACEPTA?	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 158 CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL GREPE COLOR BEIGE CON LINEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PIEZA

17. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Cinta de autoclave de vapor para instrumentos quirúrgicos, Cinta de esterilización por vapor sin plomo en autoclave, verde, 1 "x 60 yardas (91.44 x 5486.4 cm), Cambio de color distintivo (Verde a Negro) cuando los paquetes se han expuesto a la esterilización a vapor total. El adhesivo de primera calidad garantiza un sellado fuerte. Código MDS200856 PIEZA	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 189 CREMA HUMECTANTE. REPARADORA INTENSIVA ENRIQUECIDA CON NUTRIENTES ESENCIALES PARA LA PIEL, DE RÁPIDA ABSORCIÓN QUE MANTENGA LA HUMECTACIÓN DURANTE 24 HORAS PARA AYUDAR A REPARAR Y FORTALECER LA BARRERA DE HUMECTACIÓN DE LA PIEL LIBRE DE ALCOHOL Y LANOLINA QUE NO DEJE SENSACIÓN GRASOSA CON PH ENTRE 5 Y 6. PIEZA

18. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Crema de silicona Remedy Phytoplex Hydraguard, 4 oz. (118.294 ml) La fórmula rica en silicona crea una película transpirable y resistente al agua sobre la piel mientras hidrata y nutre; La mezcla de silicona al 24% ayuda a resistir la pérdida de humedad. Apropiado para el cuidado perineal ya que forma una película resistente al agua sobre la piel	

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

030077



Reduce la apariencia de piel roja, agrietada y escamosa mientras calma la piel seca y con picazón.
Rico en oleosomas: aceites de cártamo encapsulados naturalmente que se liberan con el tiempo.
Suficientemente suave para usar en la piel más frágil, adecuado para diabéticos y geriátricos.
Más información sobre la crema de silicona hipoalergénica Phytoplex Hydraguard de Remedy
cuidado de la piel compatible con CHG, tipo de contenedor tubo, ingredientes mejorados phytoplex
fragancia vainilla, sin látex, ingrediente principal mezcla de silicona al 24% tamaño 118 ml, código MSC092534 PIEZA

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 235 FUNDA PARA MESA MAYO DE 58 X 137 CM ESTERIL DESECHABLE CON LA CUBIERTA PROTECTORA PLASTICA, QUE EL EMPAQUE CONSERVE LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO, SEA FACIL DE ABRIR Y TENGA LOS SIGUIENTES DATOS FECHA DE CADUCIDAD Y POR QUE MEDIO FUE ESTERILIZADO, PRESENTACION CAJA CON 60 PIEZAS

19. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Funda de mesa Mayo, estéril, El material SMS de alta calidad proporciona una protección de barrera excepcional (el doble de la presión hidrostática de la tela Eclipse) sin sacrificar la comodidad o la suavidad, La tela SMS une tres capas de tela, una capa de soplado en fusión densamente empaquetada intercalada entre capas externas de hilado fuerte, para proporcionar repelencia a los fluidos. La tecnología Reicofil ofrece una mayor uniformidad y capacidad de drapeado de la tela, tipo de tela SMS, sin látex, desechable. Código DYNJP2500.	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 235 FUNDA PARA MESA MAYO DE 58 X 137 CM ESTERIL DESECHABLE CON LA CUBIERTA PROTECTORA PLASTICA, QUE EL EMPAQUE CONSERVE LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO, SEA FACIL DE ABRIR Y TENGA LOS SIGUIENTES DATOS FECHA DE CADUCIDAD Y POR QUE MEDIO FUE ESTERILIZADO, PRESENTACION CAJA CON 60 PIEZAS

20. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar dos cajas con 30 piezas c/u, para cumplir con el requerimiento de las 60 piezas ¿se acepta?	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 237 GUANTE PARA CIRUGIA ESTERIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCION EN LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTIMETRO DE ANCHO MAXIMO O TERMINADO QUE ASEGRE SU FIJACION EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTEN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACION, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS,

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000078



ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACION EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR .10MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM + - 6. PAR

21. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Guantes Quirúrgicos de látex Triumph®, Medida 6.0 Guantes quirúrgicos, blancos, de textura ligera, con puno anti deslizamiento redondeado y forma anatómica con dedos curvos, estériles, libres de polvo, elaborados de látex de caucho natural, con una longitud promedio de 295 mm. Envase primario: sobre de papel laminado con 2 guantes (PAR)	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 238 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 61/2 CAJA CON 50 PIEZAS.

22. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, Estériles, Sensicare® con Aloe, sin Polvo. Medida 6.5 Guantes quirúrgicos estériles, lisos, de color blanco, con puno antideslizamiento redondeado, anatómico y dedos curvos, libres de polvo, recubiertos con Aloe Vera, elaborados de goma sintética de Poliisopreno (libre de látex), con longitud promedio de 295 mm. Código MSG1065,	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 238 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 61/2 CAJA CON 50 PIEZAS.

23. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar una caja con 25 pares, para cumplir con el requerimiento de las 50 piezas ¿se acepta?	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 239 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 7 CAJA CON 50 PIEZAS.

24. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, Estériles, Sensicare® con Aloe, sin Polvo. Medida 7.0 Guantes quirúrgicos estériles, lisos, de color blanco, con puno antideslizamiento redondeado, anatómico y dedos curvos, libres de polvo, recubiertos con Aloe Vera, elaborados de goma sintética de	

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

000079



Poliisopreno (libre de látex), con longitud promedio de 295 mm. Código MSG1070

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 239 GUANTES DE NEOPRENO DESCHABLE ESTERIL QUIRURGICO 7 CAJA CON 50 PIEZAS.

25. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar una caja con 25 pares, para cumplir con el requerimiento de las 50 piezas ¿se acepta?	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 240 GUANTES DESECHABLE NITRILO 71/2 ESTERILES CAJA CON 50 PIEZAS.

26. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, Estériles, Sensicare® con Aloe, sin Polvo. Medida 7.5 Guantes quirúrgicos estériles, lisos, de color blanco, con puno antideslizamiento redondeado, anatómico y dedos curvos, libres de polvo, recubiertos con Aloe Vera, elaborados de goma sintética de Poliisopreno (libre de látex), con longitud promedio de 295 mm. Código MSG1075	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 240 GUANTES DESECHABLE NITRILO 71/2 ESTERILES CAJA CON 50 PIEZAS.

27. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE En caso de resultar adjudicados nos permitan entregar una caja con 25 pares, para cumplir con el requerimiento de las 50 piezas ¿se acepta?	

ANEXO A ANEXO TECNICO PARTIDA 330 POMADA CON EFECTO ANTIMICROBIANO AMPLIO ESPECTRO DE SULFADIAXINA DE PLATA MICRONIZADA AL 1%. TRATAMIENTO LOCAL DE LAS HERIDAS Y ULCERAS QUE FAVORECE LA ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS QUE RETRASAN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN. PRESENTACIÓN EN TUBO DE 60 GR. PIEZA

28. Preguntas	Respuestas
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: Gel Antimicrobiano para Heridas SilvaSorb® Gel, Gel antimicrobiano de plata para heridas, es un gel amorfo que contiene plata iónica para utilizarse específicamente para controlar la carga bacteriana, Producto acondicionado en Tubo de Polietileno de Alta Densidad (empaquete primario) y Caja de cartón (empaquete secundario), código MSC9303EP Gel Antimicrobiano para Heridas. No Estéril. Tubo con 3 onzas. (88.7206 ml) PIEZA	

Medline México S. de R.L. de C.V.

RFC: MME 060222 ID2

Dirección: Av. Insurgentes Sur 1196 piso 12

Col. Tlacoquemecatl del Valle

C.P. 03200 Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5335-0888

030080